Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN100219\
Data File : BN007983.D
Acq On : 03 Oct 2019 01:40
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 03 07:28:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.446	0.476	-6.7	125	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.204	0.276	-35.3#	88	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.377	1.294	6.0	107	0.00
5	S	Phenol-d6	1.962	1.787	8.9	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.133	1.451	-28.1#	144	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.350	0.370	-5.7	115	-0.01
9		Naphthalene	1.123	1.191	-6.1	112	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.236	0.259	-9.7	115	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.674	0.735	-9.1	119	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.759	0.826	-8.8	118	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	104	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.218	0.214	1.8	122	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.647	1.609	2.3	109	-0.01
16		Acenaphthylene	2.121	2.106	0.7	115	-0.02
17		Acenaphthene	1.368	1.292	5.6	107	-0.02
18		Fluorene	1.753	1.660	5.3	107	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	94	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.243	0.257	-5.8	102	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.265	0.297	-12.1	107	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.098	0.116	-18.4	128	-0.01
23		Phenanthrene	1.246	1.304	-4.7	100	-0.01
24		Anthracene	1.125	1.211	-7.6	105	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.348	1.412	-4.7	100	-0.01
26		Fluoranthene	1.549	1.605	-3.6	99	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	92	-0.02
28		Pyrene	1.364	1.439	-5.5	101	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.983	1.047	-6.5	102	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.473	1.506	-2.2	98	-0.02
31		Chrysene	1.436	1.502	-4.6	99	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.758	0.776	-2.4	105	-0.03
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.797	1.716	4.5	90	-0.04
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	87	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.389	1.453	-4.6	97	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	1.373	1.382	-0.7	92	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	1.305	1.340	-2.7	95	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.335	1.312	1.7	90	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.321	1.310	0.8	90	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN100219\
Data File : BN007983.D
Acq On : 03 Oct 2019 01:40
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 03 07:28:43 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0