Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN111218\
Data File : BN003507.D
Acq On : 12 Nov 2018 14:18
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN111218

Quant Time: Nov 12 16:07:10 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-BN111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 15:59:25 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.429	0.416	3.0	86	0.00
3		Pyridine	1.281	1.259	1.7	86	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.391	0.388	0.8	87	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.109	1.113	-0.4	87	0.00
6		Aniline	1.901	1.898	0.2	86	0.00
7	S	Phenol-d6	1.538	1.535	0.2	87	0.00
8		2-Chlorophenol	1.404	1.408	-0.3	87	0.00
9		Benzaldehyde	1.053	1.054	-0.1	86	0.00
10	C	Phenol	1.659	1.659	0.0	87	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.316	1.325	-0.7	88	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.584	1.582	0.1	88	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.618	1.617	0.1	88	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.565	1.561	0.3	88	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.146	1.147	-0.1	87	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.687	1.685	0.1	88	0.01
17		2-Methylphenol	1.145	1.153	-0.7	87	0.00
18		Hexachloroethane	0.527	0.540	-2.5	88	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	1.035	1.048	-1.3	89	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.594	1.600	-0.4	86	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	89	0.00
22		Acetophenone	0.456	0.461	-1.1	88	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.318	0.326	-2.5	89	0.00
24		Nitrobenzene	0.326	0.330	-1.2	88	0.00
25		Isophorone	0.550	0.555	-0.9	89	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.185	0.189	-2.2	89	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.265	0.270	-1.9	88	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.383	0.388	-1.3	89	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.312	0.317	-1.6	87	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.355	0.354	0.3	88	0.00
31		Naphthalene	0.974	0.968	0.6	88	0.00
32		Benzoic acid	0.226	0.230	-1.8	88	-0.01
33		4-Chloroaniline	0.434	0.436	-0.5	87	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.213	0.214	-0.5	88	0.00
35		Caprolactam	0.110	0.110	0.0	87	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.330	0.330	0.0	88	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.695	0.691	0.6	88	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.673	0.669	0.6	88	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	90	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.719	0.716	0.4	88	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.341	0.356	-4.4	91	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.298	0.306	-2.7	86	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.446	0.460	-3.1	87	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.476	0.490	-2.9	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN111218\
Data File : BN003507.D
Acq On : 12 Nov 2018 14:18
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN111218

Quant Time: Nov 12 16:07:10 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-BN111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 15:59:25 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.498	1.499	-0.1	89	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.771	1.759	0.7	88	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.333	1.334	-0.1	89	0.00
48		2-Nitroaniline	0.332	0.335	-0.9	89	0.00
49		Acenaphthylene	1.966	1.985	-1.0	88	0.00
50		Dimethylphthalate	1.567	1.592	-1.6	89	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.366	0.368	-0.5	89	0.00
52	C	Acenaphthene	1.192	1.183	0.8	88	0.00
53		3-Nitroaniline	0.391	0.390	0.3	88	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.165	0.172	-4.2	90	0.00
55		Dibenzofuran	1.964	1.950	0.7	88	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.299	0.301	-0.7	88	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.494	0.496	-0.4	88	0.00
58		Fluorene	1.451	1.460	-0.6	89	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.430	0.443	-3.0	88	0.00
60		Diethylphthalate	1.658	1.626	1.9	89	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.854	0.858	-0.5	89	0.00
62		4-Nitroaniline	0.392	0.390	0.5	86	0.00
63		Azobenzene	1.353	1.352	0.1	88	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	88	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.127	0.132	-3.9	89	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.633	0.640	-1.1	88	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.252	0.257	-2.0	88	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.294	0.295	-0.3	88	0.00
69		Atrazine	0.237	0.236	0.4	86	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.196	0.196	0.0	86	0.00
71		Phenanthrene	1.045	1.039	0.6	87	0.00
72		Anthracene	1.021	1.037	-1.6	87	0.00
73		Carbazole	1.002	1.009	-0.7	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.183	1.213	-2.5	88	0.00
75	C	Fluoranthene	1.126	1.103	2.0	85	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	85	0.00
77		Benzidine	0.692	0.714	-3.2	82	0.00
78		Pyrene	1.350	1.382	-2.4	84	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.016	1.045	-2.9	85	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.579	0.594	-2.6	85	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.138	1.136	0.2	84	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.474	0.469	1.1	82	0.00
83		Chrysene	1.088	1.084	0.4	83	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.839	0.868	-3.5	84	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.246	1.236	0.8	81	0.00
86		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.149	1.200	-4.4	86	0.00
87	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN111218\
Data File : BN003507.D
Acq On : 12 Nov 2018 14:18
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : ICVBN111218

Quant Time: Nov 12 16:07:10 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-BN111218.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 12 15:59:25 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
88	Benzo(b)fluoranthene	1.114	1.120	-0.5	84	0.00
89	Benzo(k)fluoranthene	1.108	1.117	-0.8	85	0.00
90 C	Benzo(a)pyrene	1.032	1.052	-1.9	85	0.00
91	Dibenzo(a,h)anthracene	1.051	1.089	-3.6	86	0.00
92	Benzo(g,h,i)perylene	1.022	1.046	-2.3	85	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0