Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121021\
Data File : BN017874.D
Acq On : 10 Dec 2021 17:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 02:51:19 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN120721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 08 01:18:09 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	0.147	0.145	1.4	86	-0.04
3		n-Nitrosodimethylamine	0.413	0.369	10.7	76	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.966	0.815	15.6	73	0.00
5	S	Phenol-d6	0.914	0.796	12.9	79	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.035	1.047	-1.2	86	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.266	0.223	16.2	87	0.00
9		Naphthalene	1.047	1.026	2.0	95	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.304	0.293	3.6	89	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.798	0.725	9.1	83	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.755	0.690	8.6	82	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	83	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.209	0.072	65.6#	32#	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.465	1.407	4.0	78	0.01
16		Acenaphthylene	1.571	1.424	9.4	78	0.00
17		Acenaphthene	1.047	1.066	-1.8	82	0.00
18		Fluorene	1.337	1.282	4.1	78	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	77	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.007	0.001	85.7#	11#	0.05
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.242	0.219	9.5	72	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.288	0.314	-9.0	84	0.00
23		Atrazine	0.175	0.139	20.6	68	0.01
24		Pentachlorophenol	0.072	0.006	91.7#	9#	0.01
25		Phenanthrene	1.051	1.035	1.5	75	0.00
26		Anthracene	0.924	0.817	11.6	71	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.337	1.317	1.5	76	0.00
28		Fluoranthene	1.279	1.332	-4.1	78	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	58	0.01
30		Pyrene	1.268	1.687	-33.0#	78	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.859	1.037	-20.7	71	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.231	1.024	16.8	52	0.00
33		Chrysene	1.286	1.330	-3.4	59	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.558	0.392	29.7#	48#	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	46#	0.00
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.109	0.622	43.9#	27#	0.02
37		Benzo(b)fluoranthene	1.360	1.274	6.3	43#	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.283	1.177	8.3	42#	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.222	1.128	7.7	43#	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.859	0.438	49.0#	25#	0.03
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.923	0.583	36.8#	29#	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121021\
Data File : BN017874.D
Acq On : 10 Dec 2021 17:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 02:51:19 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN120721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 08 01:18:09 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0