Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121021\
Data File : BN017874.D
Acq On : 10 Dec 2021 17:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 02:51:19 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN120721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 08 01:18:09 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	90	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.394	1.5	86	-0.04
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.358	10.5	76	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.337	15.8	73	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.348	13.0	79	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.405	-1.3	86	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.336	16.0	87	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.392	2.0	95	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.385	3.8	89	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.363	9.3	83	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.366	8.5	82	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	83	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.138	65.5#	32	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.384	4.0	78	0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.362	9.5	78	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.407	-1.7	82	0.00
18		Fluorene	0.400	0.384	4.0	78	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	77	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.131	67.3#	11	0.05
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.362	9.5	72	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.437	-9.2	84	0.00
23		Atrazine	0.400	0.317	20.8	68	0.01
24		Pentachlorophenol	0.400	0.300	25.0#	9	0.01
25		Phenanthrene	0.400	0.394	1.5	75	0.00
26		Anthracene	0.400	0.354	11.5	71	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.394	1.5	76	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.417	-4.2	78	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	58	0.01
30		Pyrene	0.400	0.532	-33.0#	78	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.483	-20.7	71	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.333	16.8	52	0.00
33		Chrysene	0.400	0.414	-3.5	59	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.281	29.8#	48	-0.01
35	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	46	0.00
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.224	44.0#	27	0.02
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.375	6.3	43	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.367	8.3	42	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.369	7.8	43	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.204	49.0#	25	0.03
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.253	36.8#	29	0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121021\
Data File : BN017874.D
Acq On : 10 Dec 2021 17:03
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 11 02:51:19 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN120721.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 08 01:18:09 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0