BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY021121\
Data File : VY003995.D
Acq On : 11 Feb 2021 10:59
Operator : SY/MD
Sample : BFB
Misc : 5.00g/5mL/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y012821S.M
Title : SW846 8260
Last Update : Mon Feb 01 00:38:02 2021





AutoFind: Scans 1748, 1749, 1750; Background Corrected with Scan 1740

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	22.7	10281	PASS
75	95	30	60	57.1	25893	PASS
95	95	100	100	100.0	45309	PASS
96	95	5	9	6.5	2943	PASS
173	174	0.00	2	0.7	306	PASS
174	95	50	100	91.3	41352	PASS
175	174	5	9	8.1	3362	PASS
176	174	95	101	97.2	40205	PASS
177	176	5	9	7.5	2996	PASS