BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY080421\
Data File : VY005526.D
Acq On : 04 Aug 2021 08:26
Operator : SY/MD
Sample : BFB
Misc : 5.00G/5ML/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y080221S.M
Title : SW846 8260
Last Update : Tue Aug 03 04:52:05 2021





AutoFind: Scans 1748, 1749, 1750; Background Corrected with Scan 1740

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	19.7	24008	PASS
75	95	30	60	53.4	65048	PASS
95	95	100	100	100.0	121768	PASS
96	95	5	9	6.6	8052	PASS
173	174	0.00	2	0.3	393	PASS
174	95	50	100	93.9	114331	PASS
175	174	5	9	8.1	9236	PASS
176	174	95	101	95.9	109645	PASS
177	176	5	9	6.8	7477	PASS