Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY091721\
Data File : VY006066.D
Acq On : 17 Sep 2021 13:19
Operator : SY/MD
Sample : M3772-01
Misc : 7.31G/5ML/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_Y
ClientSampleId : PRE-CLASS-WASTE-1

Quant Time: Sep 20 01:39:55 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y091421S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 15 05:01:47 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc Units	Dev(Min)
Internal Standards					
1) Pentafluorobenzene	7.795	168	104394	50.000 ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.697	114	191608	50.000 ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.489	117	203456	50.000 ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.428	152	108339	50.000 ug/l	0.00
System Monitoring Compounds					
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.149	65	83749	57.754 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 50 - 163		Recovery = 115.500%		
35) Dibromofluoromethane	7.722	113	61221	51.441 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 54 - 147		Recovery = 102.880%		
50) Toluene-d8	10.185	98	254791	50.232 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 49 - 140		Recovery = 100.460%		
62) 4-Bromofluorobenzene	12.483	95	100732	58.493 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 25 - 144		Recovery = 116.980%		
Target Compounds					Qvalue
4) Vinyl Chloride	2.253	62	22179	14.324 ug/l	99
11) Tert butyl alcohol	4.978	59	506	Below Cal #	77
16) Acetone	3.954	43	2543	6.394 ug/l #	84
18) Methyl Acetate	4.478	43	1534	1.531 ug/l #	85
20) Methylene Chloride	4.735	84	3260	Below Cal #	91
21) trans-1,2-Dichloroethene	5.234	96	2393	2.047 ug/l #	81
27) cis-1,2-Dichloroethene	6.996	96	798855	612.625 ug/l	87
31) Cyclohexane	7.795	56	2761	1.189 ug/l #	28
36) 1,1-Dichloropropene	7.795	75	8562	4.140 ug/l #	50
38) Carbon Tetrachloride	7.801	117	10310	4.579 ug/l #	17
44) Trichloroethene	8.941	130	783671	530.265 ug/l	95
45) 1,2-Dichloropropane	8.941	63	1986	1.354 ug/l #	1
51) 4-Methyl-2-Pentanone	9.965	43	1687	1.189 ug/l #	40
52) Toluene	10.246	92	5885	1.610 ug/l	96
55) 1,1,2-Trichloroethane	10.727	97	284574	260.788 ug/l #	29
59) 2-Hexanone	10.709	43	5414	5.528 ug/l	83
60) Dibromochloromethane	10.727	129	24393604	18131.831 ug/l #	11
67) Ethyl Benzene	11.593	91	24294	2.936 ug/l	96
68) m/p-Xylenes	11.703	106	32964	10.505 ug/l	99
69) o-Xylene	12.032	106	35263	11.899 ug/l	98
73) Isopropylbenzene	12.331	105	34218	4.033 ug/l	95
74) N-amyl acetate	12.123	43	23076	7.877 ug/l #	66
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	12.538	83	1901	1.204 ug/l #	25
76) 1,2,3-Trichloropropane	12.483	75	60359	52.254 ug/l #	100
78) n-propylbenzene	12.672	91	77019	7.338 ug/l	100
79) 2-Chlorotoluene	12.733	91	25281	4.430 ug/l #	41
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	12.812	105	176383	25.069 ug/l	100
81) trans-1,4-Dichloro-2-b...	12.483	75	60359	96.070 ug/l #	9
82) 4-Chlorotoluene	12.812	91	21855	3.705 ug/l #	48
83) tert-Butylbenzene	13.074	119	11988	1.992 ug/l	96
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.123	105	578644	82.894 ug/l	99
85) sec-Butylbenzene	13.251	105	42122	4.676 ug/l #	55
86) p-Isopropyltoluene	13.367	119	56477	7.344 ug/l	97
88) 1,4-Dichlorobenzene	13.446	146	4624	1.208 ug/l #	1
89) n-Butylbenzene	13.696	91	53861	7.489 ug/l #	73
90) Hexachloroethane	13.971	117	18221	13.165 ug/l #	7

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY091721\
Data File : VY006066.D
Acq On : 17 Sep 2021 13:19
Operator : SY/MD
Sample : M3772-01
Misc : 7.31G/5ML/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1

Quant Time: Sep 20 01:39:55 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y091421S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 15 05:01:47 2021
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc Units	Dev(Min)
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropr...	14.336	75	1542	4.924 ug/l #	6
95) Naphthalene	15.233	128	120559	27.852 ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY091721\
Data File : VY006066.D
Acq On : 17 Sep 2021 13:19
Operator : SY/MD
Sample : M3772-01
Misc : 7.31G/5ML/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1

Quant Time: Sep 20 01:39:55 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y091421S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Sep 15 05:01:47 2021
Response via : Initial Calibration



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 7.795 min Scan# 980
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:168 Resp: 104394

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	57.8	46.9	70.3





#4
Vinyl Chloride
Concen: 14.324 ug/l
RT: 2.253 min Scan# 71
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 62 Resp: 22179

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	30.7	25.0	37.6





#16
Acetone
Concen: 6.394 ug/l
RT: 3.954 min   Scan# 350
Delta R.T.   -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021   13:19

Tgt Ion: 43 Resp: 2543

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	19.2	22.0	33.0#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#18
Methyl Acetate
Concen: 1.531 ug/l
RT: 4.478 min   Scan# 436
Delta R.T.   -0.012 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021   13:19

Tgt Ion: 43 Resp: 1534

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	13.8	16.6	24.8#





#20
Methylene Chloride
Concen: Below Cal
RT: 4.735 min Scan# 478
Delta R.T. 0.013 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 84 Resp: 3260

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	136.8	114.4	171.6
51	32.9	35.3	52.9#
86	56.1	53.7	80.5



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 2.047 ug/l
RT: 5.234 min Scan# 560
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 96 Resp: 2393

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	117.6	120.5	180.7#
98	62.8	49.8	74.8



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 612.625 ug/l
RT: 6.996 min   Scan# 849
Delta R.T.   -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021   13:19

Tgt Ion: 96 Resp: 798855

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	136.2	0.0	319.8
98	64.3	0.0	127.0





#31
Cyclohexane
Concen: 1.189 ug/l
RT: 7.795 min   Scan# 980
Delta R.T.   0.006 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021   13:19

Tgt Ion: 56 Resp: 2761

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	156.8	26.7	40.1#
84	97.3	67.2	100.8



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 57.754 ug/l
RT: 8.149 min Scan# 1038
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 65 Resp: 83749

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	49.0	0.0	99.4





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.697 min Scan# 1128
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:114 Resp: 191608

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	20.8	0.0	43.2
88	14.8	0.0	31.8





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 51.441 ug/l
RT: 7.722 min   Scan# 968
Delta R.T.   -0.006 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021   13:19

Tgt Ion:113 Resp: 61221

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	102.5	82.6	124.0
192	22.3	17.6	26.4



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 4.140 ug/l
RT: 7.795 min   Scan# 980
Delta R.T.   -0.128 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021   13:19

Tgt Ion: 75 Resp: 8562

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	8.4	17.1	51.2#
77	0.0	24.4	36.6#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 4.579 ug/l
RT: 7.801 min Scan# 981
Delta R.T. -0.104 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:117 Resp: 10310

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	7.1	77.9	116.9#
121	0.0	24.8	37.2#





#44
Trichloroethene
Concen: 530.265 ug/l
RT: 8.941 min Scan# 1168
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:130 Resp: 783671

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	98.7	0.0	188.2





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 1.354 ug/l
RT: 8.941 min Scan# 1168
Delta R.T. -0.281 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 63 Resp: 1986

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	352.2	23.0	34.6#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#50
Toluene-d8
Concen: 50.232 ug/l
RT: 10.185 min Scan# 1372
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 98 Resp: 254791

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	62.7	50.2	75.2



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1







#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 1.189 ug/l
RT: 9.965 min Scan# 1336
Delta R.T. -0.110 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 43 Resp: 1687

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	0.0	28.1	42.1#









#52
Toluene
Concen: 1.610 ug/l
RT: 10.246 min Scan# 1382
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 92 Resp: 5885

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	184.1	142.6	213.8





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 260.788 ug/l
RT: 10.727 min Scan# 1461
Delta R.T. 0.079 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 97 Resp: 284574

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	178.8	69.8	104.8#
85	27.8	44.3	66.5#
99	15.6	49.8	74.6#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#59
2-Hexanone
Concen: 5.528 ug/l
RT: 10.709 min Scan# 1458
Delta R.T. -0.128 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 43 Resp: 5414

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	60.5	24.4	73.4





#60
Dibromochloromethane
Concen: 18131.831 ug/l
RT: 10.727 min Scan# 1461
Delta R.T. -0.256 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:129 Resp:24393604

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	0.0	38.7	116.1#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 58.493 ug/l
RT: 12.483 min Scan# 1749
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 95 Resp: 100732

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	86.4	0.0	177.0
176	83.7	0.0	175.8



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 11.489 min Scan# 1586
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:117 Resp: 203456

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	57.9	43.0	64.4
119	31.4	25.4	38.0





#67
Ethyl Benzene
Concen: 2.936 ug/l
RT: 11.593 min Scan# 1603
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 91 Resp: 24294

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	28.7	24.5	36.7



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#68
m/p-Xylenes
Concen: 10.505 ug/l
RT: 11.703 min Scan# 1621
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:106 Resp: 32964

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	207.4	166.6	249.8





#69
o-Xylene
Concen: 11.899 ug/l
RT: 12.032 min Scan# 1675
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:106 Resp: 35263

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	224.3	110.3	331.0



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 13.428 min Scan# 1904
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:152 Resp: 108339

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	62.2	28.2	84.7
150	151.6	0.0	347.6





#73
Isopropylbenzene
Concen: 4.033 ug/l
RT: 12.331 min Scan# 1724
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:105 Resp: 34218

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	24.0	13.4	40.2



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#74
N-amyl acetate
Concen: 7.877 ug/l
RT: 12.123 min Scan# 1690
Delta R.T. -0.018 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 43 Resp: 23076

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	10.6	28.7	43.1#
55	18.4	17.3	25.9
61	0.0	17.0	25.6#





#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 1.204 ug/l
RT: 12.538 min Scan# 1758
Delta R.T. -0.043 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 83 Resp: 1901

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	0.0	5.6	16.8#
85	129.8	32.3	96.8#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 52.254 ug/l
RT: 12.483 min Scan# 1749
Delta R.T. -0.152 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 75 Resp: 60359

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	1.8	0.0	0.0#





#78
n-propylbenzene
Concen: 7.338 ug/l
RT: 12.672 min Scan# 1780
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 91 Resp: 77019

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	22.7	11.3	33.9





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 4.430 ug/l
RT: 12.733 min Scan# 1790
Delta R.T. -0.024 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 91 Resp: 25281

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	0.3	16.9	50.6#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 25.069 ug/l
RT: 12.812 min Scan# 1803
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:105 Resp: 176383

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	48.6	24.4	73.4



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 96.070 ug/l
RT: 12.483 min Scan# 1749
Delta R.T. 0.104 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 75 Resp: 60359

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	1.2	85.3	127.9#
89	1.5	37.0	55.4#





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 3.705 ug/l
RT: 12.812 min Scan# 1803
Delta R.T. -0.043 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 91 Resp: 21855

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	4.2	17.0	51.0#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#83
tert-Butylbenzene
Concen: 1.992 ug/l
RT: 13.074 min Scan# 1846
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:119 Resp: 11988

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	72.9	34.8	104.4
134	23.9	13.3	39.9





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 82.894 ug/l
RT: 13.123 min Scan# 1854
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:105 Resp: 578644

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	45.1	22.3	66.9





#85
sec-Butylbenzene
Concen: 4.676 ug/l
RT: 13.251 min Scan# 1875
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:105 Resp: 42122

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	40.9	10.2	30.4#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 7.344 ug/l
RT: 13.367 min Scan# 1894
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:119 Resp: 56477

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	27.4	13.2	39.5
91	26.2	12.4	37.2





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 1.208 ug/l
RT: 13.446 min Scan# 1907
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:146 Resp: 4624

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	299.6	19.3	57.8#
148	76.0	32.6	97.8



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#89
n-Butylbenzene
Concen: 7.489 ug/l
RT: 13.696 min Scan# 1948
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 91 Resp: 53861

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	63.5	26.3	78.9
134	0.0	13.0	38.9#





#90
Hexachloroethane
Concen: 13.165 ug/l
RT: 13.971 min Scan# 1993
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:117 Resp: 18221

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	0.3	43.0	128.8#



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1



#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 4.924 ug/l
RT: 14.336 min Scan# 2053
Delta R.T. -0.018 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion: 75 Resp: 1542

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	0.0	38.0	113.9#
157	0.0	47.8	143.3#





#95
Naphthalene
Concen: 27.852 ug/l
RT: 15.233 min Scan# 2200
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY006066.D
Acq: 17 Sep 2021 13:19

Tgt Ion:128 Resp: 120559

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	14.1	11.0	16.4
129	12.2	8.4	12.6



Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
PRE-CLASS-WASTE-1