Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY122024\
Data File : VY020680.D
Acq On : 20 Dec 2024 18:49
Operator : SY/MD
Sample : P5306-07
Misc : 5.30g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL/B
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
OU4-VSL-10-121224

Quant Time: Dec 20 22:03:50 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y121724S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 18 05:27:13 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	7.707	168	164343	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.616	114	302908	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.414	117	266394	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.347	152	108630	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.061	65	110799	61.558	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 50 - 163		Recovery = 123.120%			
35) Dibromofluoromethane	7.634	113	108043	50.610	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 54 - 147		Recovery = 101.220%			
50) Toluene-d8	10.109	98	415742	55.639	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 134		Recovery = 111.280%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.408	95	129420	44.278	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 29 - 146		Recovery = 88.560%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY122024\
Data File : VY020680.D
Acq On : 20 Dec 2024 18:49
Operator : SY/MD
Sample : P5306-07
Misc : 5.30g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL/B
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
OU4-VSL-10-121224

Quant Time: Dec 20 22:03:50 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y121724S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 18 05:27:13 2024
Response via : Initial Calibration