BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY112922\
Data File : VY011610.D
Acq On : 29 Nov 2022 09:09
Operator : KP/MD
Sample : BFB
Misc : 5.00g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y111822S.M
Title : SW846 8260
Last Update : Sat Nov 19 22:37:14 2022





AutoFind: Scans 1748, 1749, 1750; Background Corrected with Scan 1741

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	20.0	13399	PASS
75	95	30	60	52.3	34989	PASS
95	95	100	100	100.0	66872	PASS
96	95	5	9	6.7	4512	PASS
173	174	0.00	2	1.4	742	PASS
174	95	50	100	81.7	54648	PASS
175	174	5	9	7.6	4150	PASS
176	174	95	101	96.4	52680	PASS
177	176	5	9	7.0	3691	PASS