Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY122022\
Data File : VY011925.D
Acq On : 20 Dec 2022 16:23
Operator : KP/MD
Sample : N6091-02RE
Misc : 5.08g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Quant Time: Dec 21 00:09:45 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y122022S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 20 12:37:37 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc Units	Dev(Min)
Internal Standards					
1) Pentafluorobenzene	7.795	168	5032	50.000 ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.691	114	8722	50.000 ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.489	117	9043	50.000 ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.428	152	3052	50.000 ug/l	0.00
System Monitoring Compounds					
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.142	65	4869	96.043 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 50 - 163		Recovery = 192.080%#		
35) Dibromofluoromethane	7.716	113	2751	52.391 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 54 - 147		Recovery = 104.780%		
50) Toluene-d8	10.179	98	10724	50.338 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 49 - 140		Recovery = 100.680%		
62) 4-Bromofluorobenzene	12.483	95	3344	46.671 ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 25 - 144		Recovery = 93.340%		
Target Compounds					Qvalue
3) Chloromethane	2.113	50	271	6.051 ug/l #	41
5) Bromomethane	2.662	94	429	12.209 ug/l #	63
10) Methyl Iodide	4.107	142	1212	18.405 ug/l #	91
11) Tert butyl alcohol	4.924	59	81	Below Cal #	74
16) Acetone	3.942	43	90	10.705 ug/l #	40
20) Methylene Chloride	4.716	84	1017	12.972 ug/l #	82
26) 2,2-Dichloropropane	6.966	77	124	1.412 ug/l #	53
36) 1,1-Dichloropropene	7.789	75	365	4.334 ug/l #	41
38) Carbon Tetrachloride	7.783	117	528	5.428 ug/l #	14
40) Benzene	8.161	78	326	1.352 ug/l #	52
60) Dibromochloromethane	10.727	129	59	1.029 ug/l #	11
64) Tetrachloroethene	10.727	164	120	1.516 ug/l #	73
65) Chlorobenzene	11.514	112	231	1.230 ug/l #	43
68) m/p-Xylenes	11.709	106	193	1.462 ug/l	81
70) Styrene	12.050	104	224	1.086 ug/l #	58
73) Isopropylbenzene	12.337	105	229	1.011 ug/l	79
76) 1,2,3-Trichloropropane	12.483	75	1777	46.791 ug/l #	100
77) Bromobenzene	12.599	156	93	1.775 ug/l #	43
78) n-propylbenzene	12.678	91	432	1.587 ug/l #	70
79) 2-Chlorotoluene	12.751	91	308	2.013 ug/l #	54
81) trans-1,4-Dichloro-2-b...	12.483	75	1777	128.138 ug/l #	13
82) 4-Chlorotoluene	12.849	91	340	2.147 ug/l #	62
83) tert-Butylbenzene	13.075	119	252	1.533 ug/l #	73
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.123	105	264	1.384 ug/l #	54
85) sec-Butylbenzene	13.257	105	463	1.887 ug/l #	56
86) p-Isopropyltoluene	13.379	119	325	1.570 ug/l #	56
87) 1,3-Dichlorobenzene	13.367	146	356	3.378 ug/l	89
88) 1,4-Dichlorobenzene	13.446	146	405	3.866 ug/l	89
89) n-Butylbenzene	13.696	91	297	1.585 ug/l #	48
91) 1,2-Dichlorobenzene	13.745	146	326	3.549 ug/l	67
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	15.019	180	148	2.739 ug/l #	12
94) Hexachlorobutadiene	15.105	225	118	3.379 ug/l #	18
95) Naphthalene	15.239	128	254	4.912 ug/l #	69

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Quantitation Report   (Not Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY122022\
Data File : VY011925.D
Acq On   : 20 Dec 2022 16:23
Operator : KP/MD
Sample   : N6091-02RE
Misc   : 5.08g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
ALS Vial : 18   Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Quant Time: Dec 21 00:09:45 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y122022S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Dec 20 12:37:37 2022
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 7.795 min   Scan# 9

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Delta R.T.   0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Tgt Ion:168 Resp: 5032

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	47.5	44.0	66.0





#3
Chloromethane
Concen: 6.051 ug/l
RT: 2.113 min   Scan# 48
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Tgt Ion: 50 Resp: 271

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	0.0	26.8	40.2#





#5
Bromomethane
Concen: 12.209 ug/l
RT: 2.662 min   Scan# 1
Delta R.T.   0.012 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 94 Resp: 429

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	60.6	77.4	116.2#





#10
Methyl Iodide
Concen: 18.405 ug/l
RT: 4.107 min   Scan# 375
Delta R.T.   0.012 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Tgt Ion:142 Resp: 1212

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	47.8	37.0	55.4
141	2.1	11.4	17.0#





#11
Tert butyl alcohol
Concen: Below Cal
RT: 4.924 min Scan# 5

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Delta R.T. -0.024 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 59 Resp: 81

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	0.0	7.4	11.2#





#16
Acetone
Concen: 10.705 ug/l
RT: 3.942 min Scan# 348
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 43 Resp: 90

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	0.0	27.9	41.9#





#20
Methylene Chloride
Concen: 12.972 ug/l
RT: 4.716 min   Scan# 4
Delta R.T.   0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 84 Resp: 1017

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	99.5	95.4	143.2
51	35.4	29.9	44.9
86	42.3	49.6	74.4#





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 1.412 ug/l
RT: 6.966 min   Scan# 844
Delta R.T.   -0.018 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Tgt Ion: 77 Resp: 124

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	0.0	11.4	34.1#





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 96.043 ug/l
RT: 8.142 min Scan# 1
Delta R.T. -0.001 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 65 Resp: 4869

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	48.6	0.0	103.2





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.691 min Scan# 1127
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:114 Resp: 8722

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	19.2	0.0	39.6
88	15.7	0.0	32.2





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 52.391 ug/l
RT: 7.716 min Scan# 9
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:113 Resp: 2751

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	100.6	83.0	124.4
192	18.4	16.0	24.0





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 4.334 ug/l
RT: 7.789 min Scan# 979
Delta R.T. -0.128 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 75 Resp: 365

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	0.0	18.1	54.1#
77	0.0	25.1	37.7#





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 5.428 ug/l
RT: 7.783 min Scan# 9
Delta R.T. -0.122 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:117 Resp: 528

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	0.0	73.8	110.8#
121	0.0	25.2	37.8#





#40
Benzene
Concen: 1.352 ug/l
RT: 8.161 min Scan# 1040
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 78 Resp: 326

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	0.0	18.6	27.8#






```
#50
Toluene-d8
Concen:   50.338 ug/l
RT:  10.179 min  Scan# 1
Delta R.T.  -0.000 min
Lab File:   VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022  16:23

Tgt Ion: 98 Resp:   10724
Ion  Ratio  Lower  Upper
 98  100
100   64.7   51.9   77.9
```

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE






```
#60
Dibromochloromethane
Concen:    1.029 ug/l
RT:  10.727 min  Scan# 1461
Delta R.T.  -0.256 min
Lab File:   VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022  16:23

Tgt Ion:129 Resp:      59
Ion  Ratio  Lower  Upper
129  100
127    0.0   38.9  116.6#
```





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 46.671 ug/l
RT: 12.483 min Scan# 1
Delta R.T. 0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 95 Resp: 3344

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	84.8	0.0	172.0
176	91.3	0.0	167.6





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 11.489 min Scan# 1586
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:117 Resp: 9043

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	57.1	44.8	67.2
119	34.5	25.4	38.2





#64
Tetrachloroethene
Concen: 1.516 ug/l
RT: 10.727 min Scan# 14
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:164 Resp: 120

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	91.9	102.3	153.5#
129	82.8	77.2	115.8
131	56.6	72.5	108.7#





#65
Chlorobenzene
Concen: 1.230 ug/l
RT: 11.514 min Scan# 1590
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:112 Resp: 231

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	0.0	25.3	37.9#





#68
m/p-Xylenes
Concen: 1.462 ug/l
RT: 11.709 min Scan# 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:106 Resp: 193

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	173.6	162.5	243.7





#70
Styrene
Concen: 1.086 ug/l
RT: 12.050 min Scan# 1678
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:104 Resp: 224

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	8.5	39.4	59.0#
103	34.8	43.0	64.4#





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 13.428 min   Scan# 1
Delta R.T.   -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:152 Resp: 3052

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	57.6	29.1	87.3
150	159.4	0.0	342.6





#73
Isopropylbenzene
Concen: 1.011 ug/l
RT: 12.337 min   Scan# 1725
Delta R.T.   0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022   16:23

Tgt Ion:105 Resp: 229

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	37.1	13.2	39.6





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 46.791 ug/l
RT: 12.483 min Scan# 1
Delta R.T.   -0.153 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 75 Resp: 1777

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	0.0	0.0	0.0





#77
Bromobenzene
Concen: 1.775 ug/l
RT: 12.599 min Scan# 1768
Delta R.T.   -0.012 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:156 Resp: 93

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	275.3	90.0	270.0#
158	133.3	48.4	145.2





#78
n-propylbenzene
Concen: 1.587 ug/l
RT: 12.678 min Scan# 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 91 Resp: 432

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	9.0	11.8	35.4#





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 2.013 ug/l
RT: 12.751 min Scan# 1793
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 91 Resp: 308

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	7.8	17.2	51.5#





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 128.138 ug/l
RT: 12.483 min Scan# 1
Delta R.T. 0.104 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 75 Resp: 1777

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	0.0	72.5	108.7#
89	0.0	37.0	55.4#





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 2.147 ug/l
RT: 12.849 min Scan# 1809
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion: 91 Resp: 340

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	12.4	17.1	51.2#





#83
tert-Butylbenzene
Concen: 1.533 ug/l
RT: 13.075 min Scan# 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:119 Resp: 252

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	50.8	32.3	96.8
134	0.0	13.0	39.0#





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 1.384 ug/l
RT: 13.123 min Scan# 1854
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:105 Resp: 264

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	15.2	22.9	68.7#



#85
sec-Butylbenzene
Concen: 1.887 ug/l
RT: 13.257 min Scan# 1

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:105 Resp: 463

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	0.0	10.1	30.3#





#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 1.570 ug/l
RT: 13.379 min Scan# 1896
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:119 Resp: 325

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	5.8	13.0	39.0#
91	0.0	11.9	35.9#







#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 3.378 ug/l
RT: 13.367 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:146 Resp: 356

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	29.2	19.7	59.0
148	58.1	32.0	96.0





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 3.866 ug/l
RT: 13.446 min Scan# 1907
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:146 Resp: 405

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	29.9	19.6	58.7
148	57.5	31.9	95.7





#89
n-Butylbenzene
Concen: 1.585 ug/l
RT: 13.696 min Scan# 1
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion: 91 Resp: 297

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	6.4	26.8	80.4#
134	15.2	13.3	39.8





#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 3.549 ug/l
RT: 13.745 min Scan# 1956
Delta R.T. 0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:146 Resp: 326

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	26.1	20.3	60.8
148	32.5	31.8	95.4





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 2.739 ug/l
RT: 15.019 min Scan# 2
Delta R.T. 0.012 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:180 Resp: 148

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	0.0	48.1	144.3#
145	0.0	15.4	46.4#





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 3.379 ug/l
RT: 15.105 min Scan# 2179
Delta R.T. -0.006 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Tgt Ion:225 Resp: 118

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	0.0	31.4	94.2#
227	0.0	32.6	97.8#









#95
Naphthalene
Concen: 4.912 ug/l
RT: 15.239 min Scan# 2
Delta R.T. -0.000 min
Lab File: VY011925.D
Acq: 20 Dec 2022 16:23

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
BU-03-121522RE

Tgt Ion:128 Resp: 254

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	0.0	10.2	15.2#
129	0.0	8.8	13.2#