Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD012722\
Data File : VD071804.D
Acq On : 27 Jan 2022 16:21
Operator : VA/SY
Sample : N1261-02RE
Misc : 5.09G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VOCRE

Quant Time: Jan 28 07:22:29 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D012622S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jan 27 06:04:38 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	7.973	168	6474	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.861	114	13059	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.638	117	12881	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.567	152	5195	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.320	65	7464	91.216	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 50 - 163		Recovery = 182.440%#			
35) Dibromofluoromethane	7.914	113	4062	47.320	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 54 - 147		Recovery = 94.640%			
50) Toluene-d8	10.338	98	14659	45.726	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 49 - 140		Recovery = 91.460%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.620	95	4715	42.116	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 25 - 144		Recovery = 84.240%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD012722\
Data File : VD071804.D
Acq On : 27 Jan 2022 16:21
Operator : VA/SY
Sample : N1261-02RE
Misc : 5.09G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VOCRE

Quant Time: Jan 28 07:22:29 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D012622S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jan 27 06:04:38 2022
Response via : Initial Calibration