Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\DATA\VD060619\
Data File : VD062632.D
Acq On : 6 Jun 2019 18:42
Operator : FY/SY
Sample : VSTDICC100
Misc : 5.00g/5mL/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Quant Time: Jun 07 04:14:29 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\METHOD\82D060619S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jun 07 04:07:05 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units		Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.05	168	808713	50.00	ug/l		0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.22	114	1095289	50.00	ug/l		0.00
63) Chlorobenzene-d5	12.38	117	923656	50.00	ug/l		0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	14.52	152	489550	50.00	ug/l		0.00
System Monitoring Compounds							
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.46	65	1213777	109.88	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 219.76%				
35) Dibromofluoromethane	6.93	113	1189418	106.43	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 212.86%				
50) Toluene-d8	10.42	98	2624729	107.79	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 215.58%				
62) 4-Bromofluorobenzene	13.56	95	1083897	95.61	ug/l		0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 191.22%				
Target Compounds							Qvalue
2) Dichlorodifluoromethane	1.58	85	826933	83.060	ug/l		99
3) Chloromethane	1.75	50	671090	86.671	ug/l		96
4) Vinyl Chloride	1.85	62	771455	101.078	ug/l		96
5) Bromomethane	2.16	94	343524	88.911	ug/l		98
6) Chloroethane	2.26	64	377297	96.056	ug/l		100
7) Trichlorofluoromethane	2.53	101	1679732	99.321	ug/l		98
8) Diethyl Ether	2.88	74	241122	111.066	ug/l		84
9) 1,1,2-Trichlorotrifluoroet	3.15	101	932205	97.059	ug/l		92
10) Methyl Iodide	3.31	142	1406084	117.469	ug/l		99
11) Tert butyl alcohol	4.10	59	230276	479.091	ug/l	#	92
12) 1,1-Dichloroethene	3.13	96	683470	98.648	ug/l		98
13) Acrolein	3.04	56	78074	449.140	ug/l	#	64
14) Allyl chloride	3.62	41	1113062	105.489	ug/l		93
15) Acrylonitrile	4.21	53	550750	515.531	ug/l		98
16) Acetone	3.24	43	1084762	543.472	ug/l		100
17) Carbon Disulfide	3.38	76	2103109	104.035	ug/l		100
18) Methyl Acetate	3.65	43	319534	91.591	ug/l		95
19) Methyl tert-butyl Ether	4.25	73	1738141	102.496	ug/l		100
20) Methylene Chloride	3.82	84	731548	96.102	ug/l		94
21) trans-1,2-Dichloroethene	4.22	96	741186	97.060	ug/l		95
22) Diisopropyl ether	5.13	45	2385932	107.542	ug/l		99
23) Vinyl Acetate	5.07	43	7453391	546.101	ug/l		100
24) 1,1-Dichloroethane	4.99	63	1497406	106.080	ug/l	#	96
25) 2-Butanone	6.08	43	1010777	544.865	ug/l		99
26) 2,2-Dichloropropane	6.03	77	1589937	103.105	ug/l		94
27) cis-1,2-Dichloroethene	6.05	96	812597	100.502	ug/l		93
28) Bromochloromethane	6.45	49	624311	116.024	ug/l	#	97
29) Tetrahydrofuran	6.47	42	489985	566.268	ug/l		97
30) Chloroform	6.68	83	1854805	104.966	ug/l		100
31) Cyclohexane	6.96	56	959507	105.731	ug/l		97
32) 1,1,1-Trichloroethane	6.88	97	1932138	107.707	ug/l		99
36) 1,1-Dichloropropene	7.16	75	1148589	96.869	ug/l		92
37) Ethyl Acetate	6.20	43	529605	111.460	ug/l		97
38) Carbon Tetrachloride	7.12	117	1891939	107.103	ug/l		96

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\DATA\VD060619\
Data File : VD062632.D
Acq On : 6 Jun 2019 18:42
Operator : FY/SY
Sample : VSTDICC100
Misc : 5.00g/5mL/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Quant Time: Jun 07 04:14:29 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\METHOD\82D060619S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jun 07 04:07:05 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc Units	Dev(Min)
39) Methylcyclohexane	8.87	83	1024012	103.081 ug/l	99
40) Benzene	7.46	78	2427764	106.051 ug/l	100
41) Methacrylonitrile	6.47	41	680585	111.814 ug/l #	93
42) 1,2-Dichloroethane	7.59	62	1460431	106.801 ug/l	100
43) Isopropyl Acetate	9.25	43	697922	108.061 ug/l	96
44) Trichloroethene	8.55	130	945638	100.110 ug/l	99
45) 1,2-Dichloropropane	8.95	63	599820	105.380 ug/l	93
46) Dibromomethane	9.07	93	532956	105.559 ug/l	93
47) Bromodichloromethane	9.38	83	1418142	104.796 ug/l	100
48) Methyl methacrylate	9.13	41	454284	104.229 ug/l	98
49) 1,4-Dioxane	9.09	88	76859	2200.818 ug/l #	89
51) 4-Methyl-2-Pentanone	10.31	43	2406228	564.234 ug/l	97
52) Toluene	10.51	92	1535519	99.407 ug/l	98
53) t-1,3-Dichloropropene	10.92	75	1244051	109.722 ug/l	96
54) cis-1,3-Dichloropropene	10.05	75	1290603	112.463 ug/l	97
55) 1,1,2-Trichloroethane	11.19	97	541969	102.861 ug/l	96
56) Ethyl methacrylate	11.05	69	612597	107.578 ug/l	96
57) 1,3-Dichloropropane	11.41	76	880576	108.546 ug/l	94
58) 2-Chloroethyl Vinyl ether	9.87	63	1424211	475.826 ug/l	97
59) 2-Hexanone	11.54	43	1787483	555.828 ug/l	98
60) Dibromochloromethane	11.70	129	1118591	108.655 ug/l	99
61) 1,2-Dibromoethane	11.81	107	706278	109.837 ug/l	94
64) Tetrachloroethene	11.26	164	825853	100.226 ug/l	96
65) Chlorobenzene	12.40	112	1935601	102.012 ug/l	100
66) 1,1,1,2-Tetrachloroethane	12.52	131	909831	99.409 ug/l	96
67) Ethyl Benzene	12.53	91	3237820	93.742 ug/l	97
68) m/p-Xylenes	12.67	106	2488835	207.692 ug/l	95
69) o-Xylene	13.05	106	1162579	101.191 ug/l	90
70) Styrene	13.07	104	2038479	105.233 ug/l	97
71) Bromoform	13.24	173	703652	112.531 ug/l	98
73) Isopropylbenzene	13.41	105	3659841	108.228 ug/l	94
74) N-amyl acetate	13.27	43	979897	112.041 ug/l	96
75) 1,1,2,2-Tetrachloroethane	13.70	83	605552	107.378 ug/l	97
76) 1,2,3-Trichloropropane	13.73	75	695800	108.549 ug/l	95
77) Bromobenzene	13.67	156	980464	104.892 ug/l	88
78) n-propylbenzene	13.78	91	3868552	97.445 ug/l	99
79) 2-Chlorotoluene	13.84	91	2357968	99.429 ug/l	96
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	13.94	105	3009311	101.000 ug/l	95
81) trans-1,4-Dichloro-2-buten	13.48	75	195443	120.399 ug/l	98
82) 4-Chlorotoluene	13.95	91	2933441	103.648 ug/l	94
83) tert-Butylbenzene	14.20	119	3179827	98.471 ug/l	93
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	14.25	105	2885381	96.713 ug/l	96
85) sec-Butylbenzene	14.37	105	3461934	103.484 ug/l	100
86) p-Isopropyltoluene	14.49	119	3184635	99.121 ug/l	97
87) 1,3-Dichlorobenzene	14.46	146	1662460	103.179 ug/l	98
88) 1,4-Dichlorobenzene	14.54	146	1670352	103.624 ug/l	96
89) n-Butylbenzene	14.81	91	2919446	99.461 ug/l	96
90) Hexachloroethane	15.01	117	905396	107.915 ug/l	81
91) 1,2-Dichlorobenzene	14.82	146	1453955	100.522 ug/l	98
92) 1,2-Dibromo-3-Chloropropan	15.39	75	135700	117.337 ug/l #	52

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA D\DATA\VD060619\
Data File : VD062632.D
Acq On : 6 Jun 2019 18:42
Operator : FY/SY
Sample : VSTDICC100
Misc : 5.00g/5mL/MSVOA D/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Quant Time: Jun 07 04:14:29 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\METHOD\82D060619S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jun 07 04:07:05 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
93) 1,2,4-Trichlorobenzene	15.95	180	1173888	109.980	ug/l	98
94) Hexachlorobutadiene	16.04	225	859391	107.404	ug/l	98
95) Naphthalene	16.13	128	1639239	108.246	ug/l	98
96) 1,2,3-Trichlorobenzene	16.27	180	912986	113.255	ug/l	96

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\DATA\VD060619\
Data File : VD062632.D
Acq On : 6 Jun 2019 18:42
Operator : FY/SY
Sample : VSTDICC100
Misc : 5.00g/5mL/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Quant Time: Jun 07 04:14:29 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\METHOD\82D060619S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Jun 07 04:07:05 2019
Response via : Initial Calibration





#1
Pentafluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 7.05 min Scan# 571
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:168 Resp: 808713

Ion	Ratio	Lower	Upper
168	100		
99	66.5	52.1	78.1





#2
Dichlorodifluoromethane
Concen: 83.060 ug/l
RT: 1.58 min Scan# 15
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 85 Resp: 826933

Ion	Ratio	Lower	Upper
85	100		
87	31.6	15.4	46.2





#3
Chloromethane
Concen: 86.671 ug/l
RT: 1.75 min Scan# 33
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 50 Resp: 671090

Ion	Ratio	Lower	Upper
50	100		
52	32.6	24.2	36.2





#4
Vinyl Chloride
Concen: 101.078 ug/l
RT: 1.85 min Scan# 43
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 62 Resp: 771455

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
64	31.1	23.3	34.9





#5
Bromomethane
Concen: 88.911 ug/l
RT: 2.16 min Scan# 74
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 94 Resp: 343524

Ion	Ratio	Lower	Upper
94	100		
96	91.5	72.2	108.4
93	19.9	17.0	25.6





#6
Chloroethane
Concen: 96.056 ug/l
RT: 2.26 min Scan# 84
Delta R.T. -0.01 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 64 Resp: 377297

Ion	Ratio	Lower	Upper
64	100		
66	31.8	25.5	38.3





#7
Trichlorofluoromethane
Concen: 99.321 ug/l
RT: 2.53 min Scan# 112
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:101 Resp: 1679732

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
103	66.2	54.6	81.8





#8
Diethyl Ether
Concen: 111.066 ug/l
RT: 2.88 min Scan# 147
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 74 Resp: 241122

Ion	Ratio	Lower	Upper
74	100		
45	143.5	82.5	247.5





#9
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
Concen: 97.059 ug/l
RT: 3.15 min Scan# 175
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:101 Resp: 932205

Ion	Ratio	Lower	Upper
101	100		
85	42.4	39.8	59.6
151	67.8	58.4	87.6





#10
Methyl Iodide
Concen: 117.469 ug/l
RT: 3.31 min Scan# 191
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:142 Resp: 1406084

Ion	Ratio	Lower	Upper
142	100		
127	65.0	52.1	78.1
141	14.3	10.3	15.5





#11
Tert butyl alcohol
Concen: 479.091 ug/l
RT: 4.10 min Scan# 271
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 59 Resp: 230276

Ion	Ratio	Lower	Upper
59	100		
57	8.3	9.2	13.8#





#12
1,1-Dichloroethene
Concen: 98.648 ug/l
RT: 3.13 min Scan# 173
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 96 Resp: 683470

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	200.2	163.6	245.4
98	64.9	52.5	78.7





#13
Acrolein
Concen: 449.140 ug/l
RT: 3.04 min Scan# 164
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 56 Resp: 78074

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
55	84.8	46.3	69.5#





#14
Allyl chloride
Concen: 105.489 ug/l
RT: 3.62 min Scan# 223
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 41 Resp: 1113062

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	120.4	90.1	135.1
76	32.5	28.9	43.3





#15
Acrylonitrile
Concen: 515.531 ug/l
RT: 4.21 min Scan# 283
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 53 Resp: 550750

Ion	Ratio	Lower	Upper
53	100		
52	95.3	74.8	112.2
51	56.2	43.9	65.9





#16
Acetone
Concen: 543.472 ug/l
RT: 3.24 min Scan# 184
Delta R.T. 0.01 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 43 Resp: 1084762

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	14.1	11.3	16.9





#17
Carbon Disulfide
Concen: 104.035 ug/l
RT: 3.38 min Scan# 198
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 76 Resp: 2103109

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	8.6	7.0	10.4





#18
Methyl Acetate
Concen: 91.591 ug/l
RT: 3.65 min Scan# 226
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 43 Resp: 319534

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
74	19.0	13.4	20.2





#19
Methyl tert-butyl Ether
Concen: 102.496 ug/l
RT: 4.25 min Scan# 287
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 73 Resp: 1738141

Ion	Ratio	Lower	Upper
73	100		
57	16.7	13.4	20.0





#20
Methylene Chloride
Concen: 96.102 ug/l
RT: 3.82 min Scan# 243
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 84 Resp: 731548

Ion	Ratio	Lower	Upper
84	100		
49	141.0	107.1	160.7
51	38.9	33.5	50.3
86	67.2	50.2	75.2





#21
trans-1,2-Dichloroethene
Concen: 97.060 ug/l
RT: 4.22 min Scan# 284
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 96 Resp: 741186

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	155.3	118.0	177.0
98	62.9	51.8	77.8





#22
Diisopropyl ether
Concen: 107.542 ug/l
RT: 5.13 min Scan# 376
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 45 Resp: 2385932

Ion	Ratio	Lower	Upper
45	100		
43	72.7	58.7	88.1
87	17.9	14.6	21.8
59	9.2	6.4	9.6





#23
Vinyl Acetate
Concen: 546.101 ug/l
RT: 5.07 min Scan# 370
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 43 Resp: 7453391

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
86	6.3	5.0	7.6





#24
1,1-Dichloroethane
Concen: 106.080 ug/l
RT: 4.99 min Scan# 362
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 63 Resp: 1497406

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
98	4.6	1.7	5.1
100	3.3	1.0	3.0#





#25
2-Butanone
Concen: 544.865 ug/l
RT: 6.08 min Scan# 473
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 43 Resp: 1010777

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
72	16.7	12.9	19.3





#26
2,2-Dichloropropane
Concen: 103.105 ug/l
RT: 6.03 min Scan# 467
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 77 Resp: 1589937

Ion	Ratio	Lower	Upper
77	100		
97	18.5	7.9	23.7





#27
cis-1,2-Dichloroethene
Concen: 100.502 ug/l
RT: 6.05 min Scan# 469
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 96 Resp: 812597

Ion	Ratio	Lower	Upper
96	100		
61	176.7	0.0	330.2
98	62.8	0.0	132.4





#28
Bromochloromethane
Concen: 116.024 ug/l
RT: 6.45 min Scan# 510
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 49 Resp: 624311

Ion	Ratio	Lower	Upper
49	100		
129	2.1	0.0	0.0#
130	92.9	72.2	108.2





#29
Tetrahydrofuran
Concen: 566.268 ug/l
RT: 6.47 min Scan# 512
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 42 Resp: 489985

Ion	Ratio	Lower	Upper
42	100		
72	41.9	31.4	47.2
71	43.2	34.0	51.0





#30
Chloroform
Concen: 104.966 ug/l
RT: 6.68 min Scan# 533
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 83 Resp: 1854805

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	63.8	51.0	76.6





#31
Cyclohexane
Concen: 105.731 ug/l
RT: 6.96 min Scan# 562
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 56 Resp: 959507

Ion	Ratio	Lower	Upper
56	100		
69	32.7	22.4	33.6
84	83.8	67.8	101.8





#32
1,1,1-Trichloroethane
Concen: 107.707 ug/l
RT: 6.88 min Scan# 554
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 97 Resp: 1932138

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
99	63.1	49.0	73.6
61	45.1	36.2	54.2





#33
1,2-Dichloroethane-d4
Concen: 109.876 ug/l
RT: 7.46 min Scan# 613
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 65 Resp: 1213777

Ion	Ratio	Lower	Upper
65	100		
67	42.6	0.0	86.0





#34
1,4-Difluorobenzene
Concen: 50.000 ug/l
RT: 8.22 min Scan# 690
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:114 Resp: 1095289

Ion	Ratio	Lower	Upper
114	100		
63	22.1	0.0	43.6
88	17.4	0.0	41.4





#35
Dibromofluoromethane
Concen: 106.427 ug/l
RT: 6.93 min Scan# 559
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:113 Resp: 1189418

Ion	Ratio	Lower	Upper
113	100		
111	102.0	78.5	117.7
192	15.9	13.8	20.6





#36
1,1-Dichloropropene
Concen: 96.869 ug/l
RT: 7.16 min Scan# 582
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 75 Resp: 1148589

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
110	33.7	14.8	44.3
77	31.4	21.8	32.6





#37
Ethyl Acetate
Concen: 111.460 ug/l
RT: 6.20 min Scan# 485
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 43 Resp: 529605

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	12.8	11.7	17.5
70	7.7	6.2	9.4





#38
Carbon Tetrachloride
Concen: 107.103 ug/l
RT: 7.12 min Scan# 578
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:117 Resp: 1891939

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
119	97.5	81.0	121.4
121	29.7	26.2	39.4





#39
Methylcyclohexane
Concen: 103.081 ug/l
RT: 8.87 min Scan# 756
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 83 Resp: 1024012

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
55	99.9	79.8	119.8
98	48.7	36.9	55.3





#40
Benzene
Concen: 106.051 ug/l
RT: 7.46 min Scan# 613
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 78 Resp: 2427764

Ion	Ratio	Lower	Upper
78	100		
77	24.3	19.5	29.3





#41
Methacrylonitrile
Concen: 111.814 ug/l
RT: 6.47 min Scan# 512
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 41 Resp: 680585

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
39	55.6	48.9	73.3
67	11.7	12.6	18.8#
52	7.9	7.5	11.3





#42
1,2-Dichloroethane
Concen: 106.801 ug/l
RT: 7.59 min Scan# 626
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 62 Resp: 1460431

Ion	Ratio	Lower	Upper
62	100		
98	4.7	0.0	9.6





#43
Isopropyl Acetate
Concen: 108.061 ug/l
RT: 9.25 min Scan# 795
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 43 Resp: 697922

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
61	24.2	17.8	26.8
87	0.3	0.3	0.5





#44
Trichloroethene
Concen: 100.110 ug/l
RT: 8.55 min Scan# 723
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:130 Resp: 945638

Ion	Ratio	Lower	Upper
130	100		
95	95.4	0.0	193.2





#45
1,2-Dichloropropane
Concen: 105.380 ug/l
RT: 8.95 min Scan# 764
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 63 Resp: 599820

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
65	28.4	20.1	30.1





#46
Dibromomethane
Concen: 105.559 ug/l
RT: 9.07 min Scan# 776
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 93 Resp: 532956

Ion	Ratio	Lower	Upper
93	100		
95	84.2	62.8	94.2
174	104.4	89.1	133.7





#47
Bromodichloromethane
Concen: 104.796 ug/l
RT: 9.38 min Scan# 808
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 83 Resp: 1418142

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
85	63.9	50.9	76.3
127	9.4	7.4	11.2





#48
Methyl methacrylate
Concen: 104.229 ug/l
RT: 9.13 min Scan# 782
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 41 Resp: 454284

Ion	Ratio	Lower	Upper
41	100		
69	61.4	47.0	70.6
39	81.4	65.8	98.6





#49
1,4-Dioxane
Concen: 2200.818 ug/l
RT: 9.09 min Scan# 778
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 88 Resp: 76859

Ion	Ratio	Lower	Upper
88	100		
43	48.7	50.2	75.2#
58	66.9	56.2	84.4





#50
Toluene-d8
Concen: 107.793 ug/l
RT: 10.42 min Scan# 913
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 98 Resp: 2624729

Ion	Ratio	Lower	Upper
98	100		
100	68.0	52.1	78.1





#51
4-Methyl-2-Pentanone
Concen: 564.234 ug/l
RT: 10.31 min Scan# 902
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 43 Resp: 2406228

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	35.3	26.8	40.2





#52
Toluene
Concen: 99.407 ug/l
RT: 10.51 min Scan# 923
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 92 Resp: 1535519

Ion	Ratio	Lower	Upper
92	100		
91	168.7	136.6	205.0





#53
t-1,3-Dichloropropene
Concen: 109.722 ug/l
RT: 10.92 min Scan# 964
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 75 Resp: 1244051

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	32.0	23.7	35.5





#54
cis-1,3-Dichloropropene
Concen: 112.463 ug/l
RT: 10.05 min Scan# 876
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 75 Resp: 1290603

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	30.6	23.4	35.2
39	75.9	63.0	94.4





#55
1,1,2-Trichloroethane
Concen: 102.861 ug/l
RT: 11.19 min Scan# 992
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 97 Resp: 541969

Ion	Ratio	Lower	Upper
97	100		
83	83.2	64.7	97.1
85	53.6	39.3	58.9
99	59.7	45.0	67.6





#56
Ethyl methacrylate
Concen: 107.578 ug/l
RT: 11.05 min Scan# 977
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 69 Resp: 612597

Ion	Ratio	Lower	Upper
69	100		
41	90.2	69.8	104.8
39	67.2	57.6	86.4





#57
1,3-Dichloropropane
Concen: 108.546 ug/l
RT: 11.41 min Scan# 1014
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 76 Resp: 880576

Ion	Ratio	Lower	Upper
76	100		
78	32.8	23.8	35.8





#58
2-Chloroethyl Vinyl ether
Concen: 475.826 ug/l
RT: 9.87 min Scan# 857
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 63 Resp: 1424211

Ion	Ratio	Lower	Upper
63	100		
106	25.8	21.8	32.8





#59
2-Hexanone
Concen: 555.828 ug/l
RT: 11.54 min Scan# 1027
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 43 Resp: 1787483

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
58	43.1	20.8	62.4





#60
Dibromochloromethane
Concen: 108.655 ug/l
RT: 11.70 min Scan# 1043
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:129 Resp: 1118591

Ion	Ratio	Lower	Upper
129	100		
127	76.5	38.9	116.6





#61
1,2-Dibromoethane
Concen: 109.837 ug/l
RT: 11.81 min Scan# 1055
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:107 Resp: 706278

Ion	Ratio	Lower	Upper
107	100		
109	95.3	80.9	121.3





#62
4-Bromofluorobenzene
Concen: 95.607 ug/l
RT: 13.56 min Scan# 1232
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 95 Resp: 1083897

Ion	Ratio	Lower	Upper
95	100		
174	75.7	0.0	181.6
176	74.2	0.0	168.6





#63
Chlorobenzene-d5
Concen: 50.000 ug/l
RT: 12.38 min Scan# 1112
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion:117 Resp: 923656

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
82	53.5	43.0	64.6
119	32.6	25.9	38.9





#64
Tetrachloroethene
Concen: 100.226 ug/l
RT: 11.26 min Scan# 999
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:164 Resp: 825853

Ion	Ratio	Lower	Upper
164	100		
166	124.0	101.0	151.6
129	91.6	68.2	102.4
131	86.3	66.9	100.3





#65
Chlorobenzene
Concen: 102.012 ug/l
RT: 12.40 min Scan# 1115
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:112 Resp: 1935601

Ion	Ratio	Lower	Upper
112	100		
114	31.4	25.1	37.7





#66
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Concen: 99.409 ug/l
RT: 12.52 min Scan# 1127
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:131 Resp: 909831

Ion	Ratio	Lower	Upper
131	100		
133	96.5	49.9	149.7
119	59.8	28.0	84.0





#67
Ethyl Benzene
Concen: 93.742 ug/l
RT: 12.53 min Scan# 1128
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 91 Resp: 3237820

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
106	29.4	22.2	33.2





#68
m/p-Xylenes
Concen: 207.692 ug/l
RT: 12.67 min Scan# 1142
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:106 Resp: 2488835

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	222.1	184.7	277.1





#69
o-Xylene
Concen: 101.191 ug/l
RT: 13.05 min Scan# 1181
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:106 Resp: 1162579

Ion	Ratio	Lower	Upper
106	100		
91	235.9	127.0	380.9





#70
Styrene
Concen: 105.233 ug/l
RT: 13.07 min Scan# 1183
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:104 Resp: 2038479

Ion	Ratio	Lower	Upper
104	100		
78	57.9	44.4	66.6
103	48.3	37.4	56.0





#71
Bromoform
Concen: 112.531 ug/l
RT: 13.24 min Scan# 1200
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:173 Resp: 703652

Ion	Ratio	Lower	Upper
173	100		
175	46.4	23.9	71.8
254	9.1	6.2	9.2





#72
1,4-Dichlorobenzene-d4
Concen: 50.000 ug/l
RT: 14.52 min Scan# 1330
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:152 Resp: 489550

Ion	Ratio	Lower	Upper
152	100		
115	59.4	28.7	86.1
150	157.3	0.0	328.8





#73
Isopropylbenzene
Concen: 108.228 ug/l
RT: 13.41 min Scan# 1217
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:105 Resp: 3659841

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	23.9	10.4	31.4





#74
N-amyl acetate
Concen: 112.041 ug/l
RT: 13.27 min Scan# 1203
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 43 Resp: 979897

Ion	Ratio	Lower	Upper
43	100		
70	28.4	21.0	31.6
55	18.7	14.6	21.8
61	24.2	16.5	24.7





#75
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Concen: 107.378 ug/l
RT: 13.70 min Scan# 1247
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 83 Resp: 605552

Ion	Ratio	Lower	Upper
83	100		
131	12.2	4.6	13.8
85	62.1	32.0	96.2





#76
1,2,3-Trichloropropane
Concen: 108.549 ug/l
RT: 13.73 min Scan# 1250
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 75 Resp: 695800

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
77	30.0	16.6	49.7





#77
Bromobenzene
Concen: 104.892 ug/l
RT: 13.67 min Scan# 1244
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion:156 Resp: 980464

Ion	Ratio	Lower	Upper
156	100		
77	122.7	73.5	220.3
158	98.0	48.2	144.6





#78
n-propylbenzene
Concen: 97.445 ug/l
RT: 13.78 min Scan# 1255
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 91 Resp: 3868552

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
120	21.2	10.4	31.4





#79
2-Chlorotoluene
Concen: 99.429 ug/l
RT: 13.84 min Scan# 1261
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 91 Resp: 2357968

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	31.3	16.7	50.0





#80
1,3,5-Trimethylbenzene
Concen: 101.000 ug/l
RT: 13.94 min Scan# 1271
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:105 Resp: 3009311

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	45.9	21.3	64.0





#81
trans-1,4-Dichloro-2-butene
Concen: 120.399 ug/l
RT: 13.48 min Scan# 1224
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion: 75 Resp: 195443

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
53	133.8	105.6	158.4
89	49.5	40.9	61.3





#82
4-Chlorotoluene
Concen: 103.648 ug/l
RT: 13.95 min Scan# 1272
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 91 Resp: 2933441

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
126	30.8	17.2	51.6





#83
tert-Butylbenzene
Concen: 98.471 ug/l
RT: 14.20 min Scan# 1297
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:119 Resp: 3179827

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
91	73.8	40.8	122.5
134	20.4	10.3	30.8





#84
1,2,4-Trimethylbenzene
Concen: 96.713 ug/l
RT: 14.25 min Scan# 1302
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:105 Resp: 2885381

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
120	42.2	20.0	59.9





#85
sec-Butylbenzene
Concen: 103.484 ug/l
RT: 14.37 min Scan# 1315
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:105 Resp: 3461934

Ion	Ratio	Lower	Upper
105	100		
134	16.9	8.5	25.5





#86
p-Isopropyltoluene
Concen: 99.121 ug/l
RT: 14.49 min Scan# 1327
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:119 Resp: 3184635

Ion	Ratio	Lower	Upper
119	100		
134	22.5	11.3	33.8
91	28.3	12.8	38.3





#87
1,3-Dichlorobenzene
Concen: 103.179 ug/l
RT: 14.46 min Scan# 1324
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:146 Resp: 1662460

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.9	20.8	62.5
148	65.3	31.7	95.1





#88
1,4-Dichlorobenzene
Concen: 103.624 ug/l
RT: 14.54 min Scan# 1332
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:146 Resp: 1670352

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.1	17.5	52.6
148	62.8	31.9	95.7





#89
n-Butylbenzene
Concen: 99.461 ug/l
RT: 14.81 min Scan# 1359
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : VSTDICC100

Tgt Ion: 91 Resp: 2919446

Ion	Ratio	Lower	Upper
91	100		
92	59.9	29.3	87.8
134	27.4	11.3	33.8





#90
Hexachloroethane
Concen: 107.915 ug/l
RT: 15.01 min Scan# 1380
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:117 Resp: 905396

Ion	Ratio	Lower	Upper
117	100		
201	80.8	32.8	98.4





#91
1,2-Dichlorobenzene
Concen: 100.522 ug/l
RT: 14.82 min Scan# 1360
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:146 Resp: 1453955

Ion	Ratio	Lower	Upper
146	100		
111	40.1	21.4	64.3
148	65.4	32.6	98.0





#92
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
Concen: 117.337 ug/l
RT: 15.39 min Scan# 1418
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion: 75 Resp: 135700

Ion	Ratio	Lower	Upper
75	100		
155	103.3	32.2	96.6#
157	139.1	47.0	141.0





#93
1,2,4-Trichlorobenzene
Concen: 109.980 ug/l
RT: 15.95 min Scan# 1475
Delta R.T. 0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:180 Resp: 1173888

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	95.3	48.0	144.2
145	27.1	15.2	45.6





#94
Hexachlorobutadiene
Concen: 107.404 ug/l
RT: 16.04 min Scan# 1484
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:225 Resp: 859391

Ion	Ratio	Lower	Upper
225	100		
223	64.2	30.9	92.7
227	66.0	32.9	98.7





#95
Naphthalene
Concen: 108.246 ug/l
RT: 16.13 min Scan# 1493
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
VSTDICC100

Tgt Ion:128 Resp: 1639239

Ion	Ratio	Lower	Upper
128	100		
127	12.2	10.5	15.7
129	10.7	8.3	12.5





#96
1,2,3-Trichlorobenzene
Concen: 113.255 ug/l
RT: 16.27 min Scan# 1508
Delta R.T. -0.00 min
Lab File: VD062632.D
Acq: 6 Jun 2019 18:42

Tgt Ion:180 Resp: 912986

Ion	Ratio	Lower	Upper
180	100		
182	98.9	48.0	144.2
145	31.8	14.4	43.2