BFB

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA D\DATA\VD121319\
Data File : VD064505.D
Acq On : 13 Dec 2019 14:05
Operator : VA/SY
Sample : BFB
Misc : 5.00G/5.00ml/MSVOA D/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_D
ClientSampleId : BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_D\METHOD\82D112719S.M
Title : SW846 8260
Last Update : Fri Nov 29 07:18:03 2019



AutoFind: Scans 1821, 1822, 1823; Background Corrected with Scan 1813

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	21.2	25581	PASS
75	95	30	60	52.3	63200	PASS
95	95	100	100	100.0	120749	PASS
96	95	5	9	7.2	8710	PASS
173	174	0.00	2	1.4	1615	PASS
174	95	50	100	96.0	115930	PASS
175	174	5	9	7.7	8942	PASS
176	174	95	101	98.1	113685	PASS
177	176	5	9	7.3	8284	PASS