BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD041323\
Data File : VD075651.D
Acq On : 13 Apr 2023 09:19
Operator : KP/SY
Sample : BFB
Misc : 5.00G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D041323S.M
Title : SW846 8260
Last Update : Thu Apr 13 14:16:29 2023



AutoFind: Scans 1867, 1868, 1869; Background Corrected with Scan 1859

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	16.6	12639	PASS
75	95	30	60	48.5	37000	PASS
95	95	100	100	100.0	76285	PASS
96	95	5	9	6.7	5145	PASS
173	174	0.00	2	1.4	972	PASS
174	95	50	100	90.1	68733	PASS
175	174	5	9	6.3	4299	PASS
176	174	95	101	95.0	65304	PASS
177	176	5	9	6.5	4257	PASS