Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD052422\
Data File : VD073344.D
Acq On : 25 May 2022 01:52
Operator : VA/SY
Sample : N2949-25
Misc : 5.29G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
P044-SS005-0006-01

Quant Time: May 25 05:33:07 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D051922S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu May 19 15:13:42 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	7.973	168	303902	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.861	114	539192	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.638	117	559341	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.561	152	272860	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.326	65	169108	50.352	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 50 - 163		Recovery = 100.700%			
35) Dibromofluoromethane	7.908	113	181229	50.936	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 54 - 147		Recovery = 101.880%			
50) Toluene-d8	10.332	98	650598	49.605	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 49 - 140		Recovery = 99.220%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.620	95	256313	55.687	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 25 - 144		Recovery = 111.380%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT/LSC Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD052422\
Data File : VD073344.D
Acq On : 25 May 2022 01:52
Operator : VA/SY
Sample : N2949-25
Misc : 5.29G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
ALS Vial : 33 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_D
ClientSampleId :
P044-SS005-0006-01

Quant Time: May 25 05:33:07 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D051922S.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu May 19 15:13:42 2022
Response via : Initial Calibration