Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010322\
Data File : VN070427.D
Acq On : 3 Jan 2022 10:23
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 04 01:28:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N122721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Dec 27 18:47:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.567	0.545	3.9	81	0.00
3	P	Chloromethane	0.771	0.738	4.3	86	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.702	0.667	5.0#	84	0.00
5	T	Bromomethane	0.362	0.352	2.8	79	0.00
6	T	Chloroethane	0.423	0.395	6.6	83	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.845	0.793	6.2	82	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.373	0.363	2.7	86	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.517	0.526	-1.7	88	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.700	0.701	-0.1	83	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.120	0.109	9.2	80	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.509	0.505	0.8#	86	0.00
13	T	Acrolein	0.097	0.052	46.4#	48#	0.00
14	T	Allyl chloride	1.155	1.182	-2.3	89	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.374	0.376	-0.5	87	0.00
16	T	Acetone	0.467	0.560	-19.9	100	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.390	1.420	-2.2	88	0.00
18	T	Methyl Acetate	1.350	1.307	3.2	86	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.891	1.870	1.1	84	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.646	0.618	4.3	87	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.539	0.537	0.4	86	0.00
22	T	Diisopropyl ether	2.249	2.343	-4.2	90	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.745	1.786	-2.3	86	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.166	1.157	0.8	87	0.00
25	T	2-Butanone	0.588	0.644	-9.5	92	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.920	0.872	5.2	82	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.643	0.641	0.3	86	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.570	0.581	-1.9	89	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.351	0.353	-0.6	85	0.00
30	C	Chloroform	1.125	1.099	2.3#	85	0.00
31	T	Cyclohexane	1.134	1.128	0.5	88	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.948	0.908	4.2	82	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.719	0.628	12.7	77	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.303	0.292	3.6	80	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.500	0.524	-4.8	87	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.649	0.659	-1.5	84	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.478	0.476	0.4	82	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.606	0.657	-8.4	88	0.00
40	TM	Benzene	1.534	1.605	-4.6	87	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.324	0.364	-12.3	90	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.577	0.568	1.6	84	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	1.023	1.036	-1.3	84	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.365	0.370	-1.4	86	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.413	0.441	-6.8#	89	0.00
46	T	Dibromomethane	0.257	0.264	-2.7	85	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.510	0.548	-7.5	88	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.488	0.524	-7.4	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010322\
Data File : VN070427.D
Acq On : 3 Jan 2022 10:23
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 04 01:28:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N122721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Dec 27 18:47:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.007	0.008	-14.3	93	0.00
50	S	Toluene-d8	1.236	1.179	4.6	81	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.643	0.682	-6.1	86	0.00
52	CM	Toluene	0.929	0.991	-6.7#	87	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.552	0.589	-6.7	85	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.597	0.658	-10.2	87	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.367	0.383	-4.4	87	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.607	0.645	-6.3	85	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.650	0.680	-4.6	87	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.127	0.149	-17.3	90	0.00
59	T	2-Hexanone	0.469	0.533	-13.6	89	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.359	0.393	-9.5	87	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.373	0.383	-2.7	85	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.446	0.438	1.8	81	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	85	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.362	0.356	1.7	85	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.061	1.096	-3.3	86	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.379	0.393	-3.7	86	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.944	2.063	-6.1#	87	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.708	0.769	-8.6	88	0.00
69	T	o-Xylene	0.704	0.759	-7.8	87	0.00
70	T	Styrene	1.114	1.246	-11.8	87	0.00
71	P	Bromoform	0.281	0.316	-12.5	89	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	87	0.00
73	T	Isopropylbenzene	4.643	4.574	1.5	86	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.952	1.926	1.3	85	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.559	1.486	4.7	86	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.501	1.336	11.0	86	0.00
77	T	Bromobenzene	1.066	1.044	2.1	86	0.00
78	T	n-propylbenzene	5.145	5.396	-4.9	90	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	3.301	3.241	1.8	87	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.721	3.767	-1.2	87	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.409	0.437	-6.8	87	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.092	3.161	-2.2	89	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.276	3.293	-0.5	88	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.583	3.696	-3.2	87	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.448	4.670	-5.0	89	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.494	3.718	-6.4	89	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.785	1.832	-2.6	90	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.760	1.780	-1.1	91	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.915	3.099	-6.3	90	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.607	0.651	-7.2	89	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.749	1.748	0.1	89	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.269	0.252	6.3	82	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.824	0.837	-1.6	90	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.479	0.507	-5.8	94	0.00
95	T	Naphthalene	2.240	2.049	8.5	80	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010322\
Data File : VN070427.D
Acq On : 3 Jan 2022 10:23
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jan 04 01:28:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N122721W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Dec 27 18:47:12 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.804	0.786	2.2	87	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6