Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010423\
Data File : VN076091.D
Acq On : 04 Jan 2023 19:06
Operator : JC\MD
Sample : N6248-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jan 05 01:27:31 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-15

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 01/05/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 01/05/2023

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.236	168	316958	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	512084	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	454138	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	181259	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	166556	48.302	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 96.600%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	151199	47.678	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.360%			
50) Toluene-d8	10.571	98	597824	50.420	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.840%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	179284	45.652	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 91.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.454	43	38201	32.138	ug/l	96
20) Methylene Chloride	5.301	84	8329	2.005	ug/l	90
37) Ethyl Acetate	7.571	43	31765	9.387	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	212999m	38.159	ug/l	

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010423\
Data File : VN076091.D
Acq On : 04 Jan 2023 19:06
Operator : JC\MD
Sample : N6248-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jan 05 01:27:31 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-15

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 01/05/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 01/05/2023