Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010423\
Data File : VN076094.D
Acq On : 04 Jan 2023 20:19
Operator : JC\MD
Sample : 01001-05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 23 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jan 05 01:28:33 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-C3

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 01/05/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 01/05/2023

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	324297	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	526376	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	468110	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	195045	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	173683	49.229	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 98.460%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	153904	47.213	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 94.420%			
50) Toluene-d8	10.571	98	614899	50.452	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.900%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	191215	47.368	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 94.740%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.447	43	40868	33.603	ug/l	95
20) Methylene Chloride	5.289	84	6318	1.318	ug/l	91
37) Ethyl Acetate	7.571	43	32002	9.201	ug/l	99
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	241487m	42.088	ug/l	

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN010423\
Data File : VN076094.D
Acq On : 04 Jan 2023 20:19
Operator : JC\MD
Sample : 01001-05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 23 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jan 05 01:28:33 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-C3

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 01/05/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 01/05/2023