Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN011025\
Data File : VN085424.D
Acq On : 10 Jan 2025 13:44
Operator : JC\MD
Sample : IBLK
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
IBLK

Quant Time: Jan 10 22:48:35 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\624N122024W.M
Quant Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
QLast Update : Sat Dec 21 02:03:07 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Bromochloromethane	7.812	128	26142	30.000	ug/l	0.00
28) 1,4-Difluorobenzene	9.100	114	120157	30.000	ug/l	0.00
57) Chlorobenzene-d5	11.865	117	108129	30.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
27) 1,2-Dichloroethane-d4	8.571	65	69771	30.339	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 91 - 110		Recovery = 101.133%			
60) 4-Bromofluorobenzene	12.847	95	40134	22.914	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 63 - 112		Recovery = 76.367%			
63) Toluene-d8	10.565	98	148202	28.069	ug/l	0.00
Spiked Amount 30.000	Range 91 - 112		Recovery = 93.567%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN011025\
Data File : VN085424.D
Acq On : 10 Jan 2025 13:44
Operator : JC\MD
Sample : IBLK
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
IBLK

Quant Time: Jan 10 22:48:35 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\624N122024W.M
Quant Title : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
QLast Update : Sat Dec 21 02:03:07 2024
Response via : Initial Calibration