Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN011323\
Data File : VN076244.D
Acq On : 13 Jan 2023 13:26
Operator : JC\MD
Sample : 01129-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VNJ-207

Quant Time: Jan 16 01:07:10 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.229	168	380025	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	627473	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	552321	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	238934	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	212504	51.400	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 102.800%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	188065	48.397	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 96.800%			
50) Toluene-d8	10.570	98	733967	50.518	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 101.040%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	232536	48.323	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 96.640%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.447	43	48095	33.747	ug/l	94
20) Methylene Chloride	5.288	84	12167	2.584	ug/l #	93
37) Ethyl Acetate	7.571	43	35447	8.549	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	352560	51.546	ug/l #	72

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN011323\
Data File : VN076244.D
Acq On : 13 Jan 2023 13:26
Operator : JC\MD
Sample : 01129-02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VNJ-207

Quant Time: Jan 16 01:07:10 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N121422W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Dec 14 13:03:41 2022
Response via : Initial Calibration