Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN011723\
Data File : VN076278.D
Acq On : 17 Jan 2023 14:24
Operator : JC\MD
Sample : PB150289ZHE#03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB150289ZHE#03

Quant Time: Jan 18 00:54:42 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 17 03:59:22 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.229	168	368528	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	597891	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	535345	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	220848	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	200206	48.519	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 97.040%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	177499	47.459	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 94.920%			
50) Toluene-d8	10.570	98	701476	50.786	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 101.580%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	221612	49.147	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 98.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.441	43	39183	29.557	ug/l	99
20) Methylene Chloride	5.283	84	18939	4.288	ug/l #	95
37) Ethyl Acetate	7.565	43	34114	8.034	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	276952	39.937	ug/l #	76

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN011723\
Data File : VN076278.D
Acq On : 17 Jan 2023 14:24
Operator : JC\MD
Sample : PB150289ZHE#03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB150289ZHE#03

Quant Time: Jan 18 00:54:42 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 17 03:59:22 2023
Response via : Initial Calibration