Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN012822\
Data File : VN070826.D
Acq On : 28 Jan 2022 14:03
Operator : JC/MD
Sample : N1224-10
Misc : 6.67g/5mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
AREA-1-B-2@4-B6S

Quant Time: Jan 28 23:16:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 18 13:32:07 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.080	168	728364	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.963	114	1191092	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.744	117	1161021	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.675	152	564312	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.432	65	525865	50.377	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 100.760%			
35) Dibromofluoromethane	8.018	113	338892	45.868	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 91.740%			
50) Toluene-d8	10.440	98	1579553	50.748	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 101.500%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.731	95	602975	54.365	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 108.720%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.304	43	12874	1.777	ug/l	100
18) Methyl Acetate	4.859	43	36447	2.558	ug/l #	71
73) Isopropylbenzene	12.578	105	36081	0.676	ug/l	93

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN012822\
Data File : VN070826.D
Acq On : 28 Jan 2022 14:03
Operator : JC/MD
Sample : N1224-10
Misc : 6.67g/5mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
AREA-1-B-2@4-B6S

Quant Time: Jan 28 23:16:48 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 18 13:32:07 2022
Response via : Initial Calibration