Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN013023\
Data File : VN076458.D
Acq On : 30 Jan 2023 15:41
Operator : JC\MD
Sample : PB150523ZHE#06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB150523ZHE#06

Quant Time: Jan 31 00:40:51 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 17 03:59:22 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	421160	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	717723	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	634671	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	245559	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	260958	55.339	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 110.680%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	215756	48.056	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 96.120%			
50) Toluene-d8	10.571	98	844443	50.929	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 101.860%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	270360	49.948	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 99.900%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.448	43	37981	25.059	ug/l	95
20) Methylene Chloride	5.295	84	18398	3.553	ug/l	95
37) Ethyl Acetate	7.571	43	41478	8.136	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	562612	67.585	ug/l #	67

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN013023\
Data File : VN076458.D
Acq On : 30 Jan 2023 15:41
Operator : JC\MD
Sample : PB150523ZHE#06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB150523ZHE#06

Quant Time: Jan 31 00:40:51 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 17 03:59:22 2023
Response via : Initial Calibration