Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN013023\
Data File : VN076462.D
Acq On : 30 Jan 2023 17:17
Operator : JC\MD
Sample : PB150523ZHE#10
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB150523ZHE#10

Quant Time: Jan 31 00:42:52 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 17 03:59:22 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.236	168	453845	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	770089	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	664859	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	251335	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	280923	55.282	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 110.560%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	235372	48.860	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 97.720%			
50) Toluene-d8	10.571	98	896322	50.382	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.760%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	270943	46.652	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 93.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.448	43	34002	20.805	ug/l	99
20) Methylene Chloride	5.295	84	19101	3.401	ug/l	89
37) Ethyl Acetate	7.571	43	41955	7.672	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	473365	52.997	ug/l #	71

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN013023\
Data File : VN076462.D
Acq On : 30 Jan 2023 17:17
Operator : JC\MD
Sample : PB150523ZHE#10
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB150523ZHE#10

Quant Time: Jan 31 00:42:52 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jan 17 03:59:22 2023
Response via : Initial Calibration