Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN021025\
Data File : VN085720.D
Acq On : 10 Feb 2025 13:12
Operator : JC\MD
Sample : VN0210WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0210WBL01

Quant Time: Feb 11 03:20:28 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011425W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jan 15 02:16:08 2025
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.224	168	252400	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.100	114	469407	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	394938	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.788	152	156176	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.576	65	194879	47.832	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 95.660%			
35) Dibromofluoromethane	8.165	113	163357	50.163	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 100.320%			
50) Toluene-d8	10.565	98	559089	48.321	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 96.640%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.847	95	174849	44.177	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 77 - 121		Recovery = 88.360%			
Target Compounds						Qvalue

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN021025\
Data File : VN085720.D
Acq On : 10 Feb 2025 13:12
Operator : JC\MD
Sample : VN0210WBL01
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
VN0210WBL01

Quant Time: Feb 11 03:20:28 2025
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N011425W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jan 15 02:16:08 2025
Response via : Initial Calibration