Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN022224\
Data File : VN081146.D
Acq On : 22 Feb 2024 19:35
Operator : JC\MD
Sample : P1549-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
336

Quant Time: Feb 23 04:31:35 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N021624W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 16 23:45:20 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.224	168	312891	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	594381	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	534759	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	211557	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	195228	50.905	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 101.800%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	160416	47.728	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 95.460%			
50) Toluene-d8	10.571	98	535236	44.836	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 89.680%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	201058	44.823	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 89.640%			
Target Compounds						Qvalue
11) Tert butyl alcohol	5.530	59	12197	17.293	ug/l #	94
16) Acetone	4.430	43	67962	45.036	ug/l	95
20) Methylene Chloride	5.277	84	28226	6.420	ug/l #	84
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	212887	23.423	ug/l #	87

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN022224\
Data File : VN081146.D
Acq On : 22 Feb 2024 19:35
Operator : JC\MD
Sample : P1549-04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 25 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
336

Quant Time: Feb 23 04:31:35 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N021624W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Feb 16 23:45:20 2024
Response via : Initial Calibration