Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN030222\
Data File : VN071142.D
Acq On : 02 Mar 2022 17:11
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 03 03:39:07 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N021522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Feb 21 07:57:15 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	77	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.519	0.493	5.0	76	0.00
3	P	Chloromethane	0.653	0.669	-2.5	86	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.653	0.639	2.1#	80	0.00
5	T	Bromomethane	0.371	0.342	7.8	71	-0.02
6	T	Chloroethane	0.429	0.411	4.2	83	-0.02
7	T	Trichlorofluoromethane	0.819	0.871	-6.3	87	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.356	0.389	-9.3	89	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.502	0.509	-1.4	83	0.01
10	T	Methyl Iodide	0.696	0.715	-2.7	78	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.104	0.140	-34.6#	104	-0.01
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.490	0.487	0.6#	82	0.00
13	T	Acrolein	0.093	0.106	-14.0	100	0.00
14	T	Allyl chloride	0.934	1.075	-15.1	94	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.307	0.401	-30.6#	103	0.00
16	T	Acetone	0.315	0.324	-2.9	84	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.404	1.163	17.2	68	0.01
18	T	Methyl Acetate	0.759	0.923	-21.6	107	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.717	2.006	-16.8	91	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.572	0.607	-6.1	87	0.01
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.525	0.523	0.4	80	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.791	2.268	-26.6#	98	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.516	1.940	-28.0#	98	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.004	1.145	-14.0	91	0.00
25	T	2-Butanone	0.418	0.543	-29.9#	100	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.834	0.866	-3.8	82	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.604	0.662	-9.6	87	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.406	0.500	-23.2	95	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.271	0.369	-36.2#	107	0.00
30	C	Chloroform	0.987	1.098	-11.2#	89	0.00
31	T	Cyclohexane	0.988	1.047	-6.0	87	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.853	0.942	-10.4	86	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.571	0.635	-11.2	85	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	80	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.297	0.312	-5.1	81	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.487	0.508	-4.3	85	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.523	0.702	-34.2#	108	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.480	0.504	-5.0	86	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.627	0.615	1.9	79	0.00
40	TM	Benzene	1.441	1.556	-8.0	88	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.275	0.348	-26.5#	95	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.491	0.559	-13.8	94	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.824	1.095	-32.9#	105	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.380	0.371	2.4	81	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.369	0.432	-17.1#	95	0.00
46	T	Dibromomethane	0.243	0.266	-9.5	89	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.491	0.546	-11.2	91	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.390	0.516	-32.3#	103	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN030222\
Data File : VN071142.D
Acq On : 02 Mar 2022 17:11
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 03 03:39:07 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N021522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Feb 21 07:57:15 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.007	0.009	-28.6#	107	0.00
50	S	Toluene-d8	1.194	1.222	-2.3	79	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.501	0.687	-37.1#	109	0.00
52	CM	Toluene	0.906	0.979	-8.1#	86	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.534	0.605	-13.3	89	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.586	0.661	-12.8	89	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.354	0.397	-12.1	92	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.534	0.674	-26.2#	96	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.613	0.711	-16.0	93	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.090	0.122	-35.6#	104	0.00
59	T	2-Hexanone	0.345	0.478	-38.6#	107	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.375	0.418	-11.5	87	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.361	0.398	-10.2	88	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.427	0.433	-1.4	79	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	81	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.389	0.340	12.6	75	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.077	1.123	-4.3	87	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.393	0.413	-5.1	87	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.886	2.050	-8.7#	88	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.728	0.773	-6.2	84	0.00
69	T	o-Xylene	0.712	0.767	-7.7	87	0.00
70	T	Styrene	1.131	1.251	-10.6	86	0.00
71	P	Bromoform	0.313	0.339	-8.3	87	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	71	0.00
73	T	Isopropylbenzene	4.025	4.725	-17.4	87	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.286	1.825	-41.9#	98	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.279	1.518	-18.7	92	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.177	1.149	2.4	67	0.00
77	T	Bromobenzene	0.985	1.081	-9.7	82	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.522	5.275	-16.7	85	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.746	3.212	-17.0	87	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.261	3.797	-16.4	84	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.363	0.450	-24.0	90	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.666	3.035	-13.8	83	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.092	3.446	-11.4	83	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.210	3.695	-15.1	84	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.074	4.664	-14.5	83	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.345	3.755	-12.3	79	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.744	1.819	-4.3	76	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.709	1.741	-1.9	76	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.729	2.830	-3.7	74	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.597	0.703	-17.8	85	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.638	1.742	-6.3	78	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.207	0.255	-23.2	87	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.814	0.799	1.8	66	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.597	0.490	17.9	62	0.00
95	T	Naphthalene	1.686	1.971	-16.9	73	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN030222\
Data File : VN071142.D
Acq On : 02 Mar 2022 17:11
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 03 03:39:07 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N021522W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Feb 21 07:57:15 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.736	0.750	-1.9	68	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6