Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031423\
Data File : VN076983.D
Acq On : 14 Mar 2023 15:32
Operator : JC\MD
Sample : PB151382ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151382ZHE#02

Quant Time: Mar 15 04:24:18 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 10 13:47:39 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.231	168	281258	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	419801	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.866	117	383827	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	173553	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	209634	49.947	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 99.900%			
35) Dibromofluoromethane	8.178	113	139153	49.736	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 99.480%			
50) Toluene-d8	10.572	98	503732	48.852	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 97.700%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	194616	51.601	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 103.200%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.443	43	23358	16.060	ug/l #	72
20) Methylene Chloride	5.290	84	10634	2.844	ug/l #	89
37) Ethyl Acetate	7.566	43	38498	11.125	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	199499	32.658	ug/l #	80

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031423\
Data File : VN076983.D
Acq On : 14 Mar 2023 15:32
Operator : JC\MD
Sample : PB151382ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 8 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151382ZHE#02

Quant Time: Mar 15 04:24:18 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 10 13:47:39 2023
Response via : Initial Calibration