Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031423\
Data File : VN076985.D
Acq On : 14 Mar 2023 16:21
Operator : JC\MD
Sample : PB151382ZHE#04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151382ZHE#04

Quant Time: Mar 15 04:25:27 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 10 13:47:39 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	268258	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	407487	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.866	117	374132	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	163517	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	201154	50.249	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 100.500%			
35) Dibromofluoromethane	8.178	113	131950	48.587	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 97.180%			
50) Toluene-d8	10.571	98	482846	48.242	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 96.480%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	186496	50.942	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 101.880%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.448	43	21163	15.256	ug/l #	86
20) Methylene Chloride	5.295	84	10272	2.880	ug/l	91
37) Ethyl Acetate	7.566	43	35843	10.671	ug/l	95
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	223677	37.723	ug/l #	75

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031423\
Data File : VN076985.D
Acq On : 14 Mar 2023 16:21
Operator : JC\MD
Sample : PB151382ZHE#04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 10 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151382ZHE#04

Quant Time: Mar 15 04:25:27 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 10 13:47:39 2023
Response via : Initial Calibration