Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031423\
Data File : VN076986.D
Acq On : 14 Mar 2023 16:45
Operator : JC\MD
Sample : PB151382ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151382ZHE#05

Quant Time: Mar 15 04:25:57 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 10 13:47:39 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	312663	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	461548	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.866	117	413832	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	181846	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	235496	50.473	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 100.940%			
35) Dibromofluoromethane	8.178	113	154603	50.260	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 100.520%			
50) Toluene-d8	10.572	98	545851	48.149	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 96.300%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	204740	49.375	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 98.760%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.442	43	22088	13.662	ug/l #	79
20) Methylene Chloride	5.295	84	10989	2.643	ug/l	94
37) Ethyl Acetate	7.572	43	35066	9.217	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	227542	33.880	ug/l #	75

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031423\
Data File : VN076986.D
Acq On : 14 Mar 2023 16:45
Operator : JC\MD
Sample : PB151382ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151382ZHE#05

Quant Time: Mar 15 04:25:57 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031023W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 10 13:47:39 2023
Response via : Initial Calibration