Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031622\
Data File : VN071310.D
Acq On : 16 Mar 2022 10:24
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 16 15:44:46 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N030722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 08 06:52:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.548	0.475	13.3	83	0.00
3	P	Chloromethane	0.822	0.669	18.6	84	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.672	0.608	9.5#	86	0.00
5	T	Bromomethane	0.335	0.320	4.5	86	0.00
6	T	Chloroethane	0.407	0.377	7.4	83	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.884	0.820	7.2	89	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.378	0.354	6.3	88	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.512	0.488	4.7	91	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.723	0.633	12.4	80	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.135	0.123	8.9	87	-0.01
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.501	0.462	7.8#	87	0.00
13	T	Acrolein	0.142	0.110	22.5	78	0.00
14	T	Allyl chloride	1.090	1.006	7.7	87	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.400	0.382	4.5	89	0.00
16	T	Acetone	0.333	0.394	-18.3	113	-0.01
17	T	Carbon Disulfide	1.427	1.186	16.9	79	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.979	0.898	8.3	93	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.882	1.824	3.1	89	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.661	0.580	12.3	88	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.548	0.500	8.8	86	0.00
22	T	Diisopropyl ether	2.148	2.103	2.1	91	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.818	1.822	-0.2	89	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.135	1.091	3.9	91	0.00
25	T	2-Butanone	0.537	0.563	-4.8	97	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.876	0.880	-0.5	93	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.651	0.616	5.4	89	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.505	0.507	-0.4	93	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.372	0.355	4.6	88	0.00
30	C	Chloroform	1.083	1.039	4.1#	91	0.00
31	T	Cyclohexane	1.094	0.993	9.2	88	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.922	0.888	3.7	89	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.685	0.693	-1.2	98	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	86	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.316	0.329	-4.1	99	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.506	0.480	5.1	87	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.696	0.649	6.8	85	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.489	0.475	2.9	89	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.595	0.588	1.2	87	0.00
40	TM	Benzene	1.523	1.486	2.4	89	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.340	0.326	4.1	87	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.530	0.542	-2.3	92	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	1.040	1.041	-0.1	94	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.359	0.355	1.1	89	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.409	0.398	2.7#	88	0.00
46	T	Dibromomethane	0.252	0.251	0.4	90	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.509	0.517	-1.6	91	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.482	0.486	-0.8	88	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031622\
Data File : VN071310.D
Acq On : 16 Mar 2022 10:24
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 16 15:44:46 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N030722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 08 06:52:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.008	0.008	0.0	86	0.00
50	S	Toluene-d8	1.270	1.303	-2.6	95	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.646	0.659	-2.0	90	0.00
52	CM	Toluene	0.938	0.927	1.2#	87	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.561	0.572	-2.0	89	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.613	0.622	-1.5	89	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.376	0.370	1.6	91	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.614	0.626	-2.0	89	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.675	0.666	1.3	91	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.101	0.182	-80.2#	147	0.00
59	T	2-Hexanone	0.441	0.487	-10.4	94	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.373	0.391	-4.8	91	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.384	0.376	2.1	88	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.430	0.458	-6.5	99	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	85	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.349	0.334	4.3	88	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.074	1.052	2.0	89	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.394	0.398	-1.0	91	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.899	1.942	-2.3#	89	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.695	0.737	-6.0	91	0.00
69	T	o-Xylene	0.696	0.723	-3.9	89	0.00
70	T	Styrene	1.078	1.191	-10.5	93	0.00
71	P	Bromoform	0.299	0.322	-7.7	92	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	93	0.00
73	T	Isopropylbenzene	4.820	4.318	10.4	90	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.812	1.776	2.0	96	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.655	1.445	12.7	92	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.407	1.342	4.6	106	0.00
77	T	Bromobenzene	1.124	1.008	10.3	92	0.00
78	T	n-propylbenzene	5.172	4.937	4.5	94	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	3.320	3.005	9.5	92	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.750	3.549	5.4	92	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.463	0.472	-1.9	99	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.957	2.901	1.9	96	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.347	3.136	6.3	92	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.592	3.505	2.4	94	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.448	4.341	2.4	93	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.498	3.572	-2.1	95	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.826	1.735	5.0	96	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.785	1.670	6.4	97	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.736	2.778	-1.5	98	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.696	0.638	8.3	91	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.756	1.674	4.7	97	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.280	0.267	4.6	98	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.797	0.766	3.9	96	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.493	0.472	4.3	94	0.00
95	T	Naphthalene	2.115	2.206	-4.3	105	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN031622\
Data File : VN071310.D
Acq On : 16 Mar 2022 10:24
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Mar 16 15:44:46 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N030722W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 08 06:52:46 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.775	0.771	0.5	99	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6