Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN032620\
Data File : VN060728.D
Acq On : 26 Mar 2020 20:46
Operator : JC/MD
Sample : L2026-03
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : SLUDGE-PIT

Quant Time: Mar 27 07:43:17 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N031820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 18 08:49:09 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.64	168	193556	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.57	114	318519	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.40	117	302819	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.34	152	142997	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.00	65	123851	46.61	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 93.22%			
35) Dibromofluoromethane	7.57	113	94245	48.93	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 97.86%			
50) Toluene-d8	10.08	98	396501	50.40	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.80%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.40	95	149422	51.83	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 103.66%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	3.78	43	50775	53.947	ug/l	97
20) Methylene Chloride	4.53	84	5945	2.568	ug/l	92
25) 2-Butanone	6.80	43	17957	11.790	ug/l	98
43) Isopropyl Acetate	8.14	43	21675	3.944	ug/l #	90
51) 4-Methyl-2-Pentanone	9.97	43	88005	28.139	ug/l	98
52) Toluene	10.14	92	12376	2.201	ug/l	98

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN032620\
Data File : VN060728.D
Acq On : 26 Mar 2020 20:46
Operator : JC/MD
Sample : L2026-03
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
SLUDGE-PIT

Quant Time: Mar 27 07:43:17 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N031820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 18 08:49:09 2020
Response via : Initial Calibration