Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032723\
Data File : VN077211.D
Acq On : 27 Mar 2023 19:27
Operator : JC\MD
Sample : PB151668ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151668ZHE#02

Quant Time: Mar 28 07:42:50 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N032523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 27 02:47:06 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	449336	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.107	114	804732	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.866	117	732801	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.795	152	277533	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	339546	48.330	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery =	96.660%		
35) Dibromofluoromethane	8.178	113	256341	46.944	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	93.880%		
50) Toluene-d8	10.572	98	1004033	49.071	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery =	98.140%		
62) 4-Bromofluorobenzene	12.854	95	311884	46.445	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	92.900%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.443	43	63887	24.457	ug/l #	87
20) Methylene Chloride	5.290	84	17091	2.938	ug/l #	82
37) Ethyl Acetate	7.566	43	96652	11.410	ug/l #	91
43) Isopropyl Acetate	8.695	43	497978	36.438	ug/l #	75

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032723\
Data File : VN077211.D
Acq On : 27 Mar 2023 19:27
Operator : JC\MD
Sample : PB151668ZHE#02
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB151668ZHE#02

Quant Time: Mar 28 07:42:50 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N032523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Mon Mar 27 02:47:06 2023
Response via : Initial Calibration