Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032921\
Data File : VN066413.D
Acq On : 30 Mar 2021 6:16
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Mar 30 07:11:19 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N032521W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 26 16:26:01 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	82	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.630	0.648	-2.9	83	0.00
3	P	Chloromethane	0.739	0.733	0.8	90	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.721	0.800	-11.0#	91	0.00
5	T	Bromomethane	0.483	0.535	-10.8	89	0.00
6	T	Chloroethane	0.449	0.513	-14.3	94	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	0.991	1.076	-8.6	88	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.404	0.424	-5.0	89	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.560	0.596	-6.4	87	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.794	0.849	-6.9	84	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.101	0.108	-6.9	81	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.573	0.601	-4.9#	87	0.00
13	T	Acrolein	0.066	0.047	28.8#	71	0.00
14	T	Allyl chloride	1.133	1.229	-8.5	86	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.283	0.305	-7.8	86	0.00
16	T	Acetone	0.359	0.368	-2.5	85	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.692	1.801	-6.4	88	0.00
18	T	Methyl Acetate	0.938	1.120	-19.4	95	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.699	1.687	0.7	82	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.692	0.731	-5.6	91	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.520	0.524	-0.8	84	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.768	1.877	-6.2	87	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.505	1.623	-7.8	86	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	0.976	1.024	-4.9	86	0.00
25	T	2-Butanone	0.393	0.426	-8.4	86	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.870	0.632	27.4#	60	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.606	0.616	-1.7	84	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.492	0.529	-7.5	88	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.256	0.288	-12.5	87	0.00
30	C	Chloroform	0.976	1.036	-6.1#	87	0.00
31	T	Cyclohexane	0.920	0.915	0.5	84	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	0.857	0.890	-3.9	85	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.665	0.696	-4.7	85	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.331	0.338	-2.1	85	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.470	0.470	0.0	84	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.517	0.559	-8.1	88	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.472	0.471	0.2	83	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.573	0.564	1.6	82	0.00
40	TM	Benzene	1.419	1.490	-5.0	88	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.257	0.259	-0.8	89	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.508	0.519	-2.2	86	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.884	0.925	-4.6	86	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.373	0.364	2.4	82	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.378	0.405	-7.1#	90	0.00
46	T	Dibromomethane	0.248	0.263	-6.0	88	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.512	0.531	-3.7	86	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.420	0.441	-5.0	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032921\
Data File : VN066413.D
Acq On : 30 Mar 2021 6:16
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Mar 30 07:11:19 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N032521W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 26 16:26:01 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.005	0.006	-20.0	87	0.00
50	S	Toluene-d8	1.257	1.279	-1.8	84	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.516	0.575	-11.4	89	0.00
52	CM	Toluene	0.871	0.910	-4.5#	86	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.556	0.552	0.7	82	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.597	0.600	-0.5	82	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.350	0.375	-7.1	88	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.537	0.569	-6.0	85	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.581	0.619	-6.5	88	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.048	0.085	-77.1#	140	0.00
59	T	2-Hexanone	0.362	0.413	-14.1	87	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.389	0.411	-5.7	85	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.365	0.385	-5.5	86	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.437	0.441	-0.9	82	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	85	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.426	0.354	16.9	71	0.00
65	PM	Chlorobenzene	0.997	1.015	-1.8	85	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.384	0.399	-3.9	86	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.809	1.880	-3.9#	86	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.688	0.702	-2.0	85	0.00
69	T	o-Xylene	0.663	0.670	-1.1	84	0.00
70	T	Styrene	1.076	1.130	-5.0	84	0.00
71	P	Bromoform	0.319	0.332	-4.1	83	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	85	0.00
73	T	Isopropylbenzene	3.719	3.616	2.8	84	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.307	1.390	-6.4	81	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.184	1.230	-3.9	92	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.097	1.052	4.1	84	0.00
77	T	Bromobenzene	0.939	0.915	2.6	85	0.00
78	T	n-propylbenzene	4.044	4.082	-0.9	84	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	2.487	2.392	3.8	84	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.042	2.982	2.0	83	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.365	0.349	4.4	77	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	2.475	2.442	1.3	83	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	2.619	2.516	3.9	84	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	2.956	2.930	0.9	84	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	3.393	3.403	-0.3	83	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.039	3.002	1.2	82	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.576	1.569	0.4	84	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.636	1.608	1.7	84	0.00
89	T	n-Butylbenzene	2.510	2.489	0.8	81	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.548	0.548	0.0	86	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.549	1.558	-0.6	85	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.227	0.241	-6.2	87	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.961	0.937	2.5	82	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.524	0.502	4.2	82	0.00
95	T	Naphthalene	2.899	2.722	6.1	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN032921\
Data File : VN066413.D
Acq On : 30 Mar 2021 6:16
Operator : JC/MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
LabSampleId : VSTDCCC050

Quant Time: Mar 30 07:11:19 2021
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N032521W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Fri Mar 26 16:26:01 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.966	0.936	3.1	85	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6