Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041122\
Data File : VN071943.D
Acq On : 11 Apr 2022 18:05
Operator : JC\MD
Sample : PB143992ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB143992ZHE#05

Quant Time: Apr 12 08:41:51 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N033022W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Mar 31 01:57:54 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.080	168	657964	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.963	114	1123669	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.739	117	1193980	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.668	152	467407	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.433	65	354259	47.163	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 94.320%			
35) Dibromofluoromethane	8.016	113	318644	48.191	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 96.380%			
50) Toluene-d8	10.439	98	1429928	52.865	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 105.720%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.727	95	511883	58.514	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 117.020%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.281	43	17417	5.426	ug/l	99
18) Methyl Acetate	4.857	43	20087	1.045	ug/l	98
20) Methylene Chloride	5.098	84	8229	1.216	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.569	43	162729	9.680	ug/l #	72

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041122\
Data File : VN071943.D
Acq On : 11 Apr 2022 18:05
Operator : JC\MD
Sample : PB143992ZHE#05
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB143992ZHE#05

Quant Time: Apr 12 08:41:51 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N033022W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Mar 31 01:57:54 2022
Response via : Initial Calibration