Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041224\
Data File : VN081723.D
Acq On : 12 Apr 2024 17:19
Operator : JC\MD
Sample : P2070-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-3

Quant Time: Apr 13 06:59:19 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031824W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 19 06:00:00 2024
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.224	168	253760	50.000	ug/l	# 0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.100	114	493429	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.865	117	507328	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.794	152	186524	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.582	65	194764	60.184	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 120.360%			
35) Dibromofluoromethane	8.165	113	163827	52.609	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 105.220%			
50) Toluene-d8	10.571	98	642721	57.096	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 114.200%#			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	204888	51.655	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 64 - 133		Recovery = 103.300%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.424	43	41618	39.794	ug/l	93
18) Methyl Acetate	5.024	43	3811	1.182	ug/l #	76
20) Methylene Chloride	5.289	84	8769	2.560	ug/l #	56
43) Isopropyl Acetate	8.688	43	366891	49.324	ug/l #	77

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041224\
Data File : VN081723.D
Acq On : 12 Apr 2024 17:19
Operator : JC\MD
Sample : P2070-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-3

Quant Time: Apr 13 06:59:19 2024
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N031824W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Mar 19 06:00:00 2024
Response via : Initial Calibration