Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN041520\
Data File : VN060992.D
Acq On : 16 Apr 2020 3:12
Operator : JC/MD
Sample : L2281-11
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : TP-35-36-43-44

Quant Time: Apr 16 08:43:40 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N031820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 18 08:49:09 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.64	168	148522	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.56	114	254174	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.40	117	238343	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.34	152	105077	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.00	65	100049	49.07	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.14%			
35) Dibromofluoromethane	7.56	113	75578	49.18	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 98.36%			
50) Toluene-d8	10.08	98	316899	50.48	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.96%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.39	95	118075	51.32	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.64%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	3.78	43	16583	22.961	ug/l	99
20) Methylene Chloride	4.52	84	5302	2.984	ug/l	96
25) 2-Butanone	6.80	43	4680	4.005	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.14	43	42871	9.775	ug/l #	90

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN041520\
Data File : VN060992.D
Acq On : 16 Apr 2020 3:12
Operator : JC/MD
Sample : L2281-11
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-35-36-43-44

Quant Time: Apr 16 08:43:40 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N031820W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Mar 18 08:49:09 2020
Response via : Initial Calibration