BFB

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041922\
Data File : VN072039.D
Acq On : 19 Apr 2022 10:32
Operator : JC\MD
Sample : BFB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
BFB

Integration File: RTEINT.P

Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N033022W.M
Title : SW846 8260
Last Update : Thu Mar 31 01:57:54 2022



AutoFind: Scans 1825, 1826, 1827; Background Corrected with Scan 1817

Target Mass	Rel. to Mass	Lower Limit%	Upper Limit%	Rel. Abn%	Raw Abn	Result Pass/Fail
50	95	15	40	16.4	9275	PASS
75	95	30	60	47.1	26691	PASS
95	95	100	100	100.0	56712	PASS
96	95	5	9	7.1	4049	PASS
173	174	0.00	2	1.0	513	PASS
174	95	50	100	87.2	49451	PASS
175	174	5	9	7.7	3832	PASS
176	174	95	101	98.4	48675	PASS
177	176	5	9	6.3	3043	PASS