Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN050520\
Data File : VN061289.D
Acq On : 5 May 2020 14:09
Operator : JC/MD
Sample : L2456-01MEDL 10X
Misc : 1.02g/10mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
207MEDL

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
5/6/2020 11:37:29 AM

Quant Time: May 06 07:20:04 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N042720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 05 07:01:08 2020
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.62	168	96189	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.55	114	171242	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.38	117	163696	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.32	152	75411	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	7.99	65	77505	50.92	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 101.84%			
35) Dibromofluoromethane	7.54	113	49471	48.86	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 97.72%			
50) Toluene-d8	10.06	98	211990	51.36	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 102.72%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.37	95	83853	53.98	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 107.96%			
Target Compounds						Qvalue
52) Toluene	10.12	92	90457	29.406	ug/l	99
68) m/p-Xylenes	11.59	106	6577	2.956	ug/l	99
69) o-Xylene	11.92	106	3449	1.614	ug/l	99
78) n-propylbenzene	12.56	91	11981	1.822	ug/l	99
80) 1,3,5-Trimethylbenzene	12.71	105	10258	2.236	ug/l	98
84) 1,2,4-Trimethylbenzene	13.01	105	37908	8.019	ug/l	98
89) n-Butylbenzene	13.59	91	7116m	1.633	ug/l	

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN050520\
Data File : VN061289.D
Acq On : 5 May 2020 14:09
Operator : JC/MD
Sample : L2456-01MEDL 10X
Misc : 1.02g/10mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 7 Sample Multiplier: 1

Quant Time: May 06 07:20:04 2020
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N042720W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 05 07:01:08 2020
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
207MEDL

Manual Integrations APPROVED
MMDadoda
5/6/2020 11:37:29 AM