Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN050622\
Data File : VN072365.D
Acq On : 06 May 2022 19:25
Operator : JC\MD
Sample : N2676-03ME
Misc : 7.59g/5mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)ME

Quant Time: May 09 03:16:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N042622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 26 18:50:11 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.075	168	245397	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.963	114	467849	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.739	117	553683	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.668	152	299786	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.427	65	178195	47.299	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 61 - 141		Recovery = 94.600%			
35) Dibromofluoromethane	8.016	113	134664	44.971	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 69 - 133		Recovery = 89.940%			
50) Toluene-d8	10.439	98	655370	55.698	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 65 - 126		Recovery = 111.400%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.727	95	326417	83.578	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 58 - 135		Recovery = 167.160%#			
Target Compounds						Qvalue
18) Methyl Acetate	4.863	43	5853	1.250	ug/l #	73
31) Cyclohexane	8.080	56	15858	3.150	ug/l #	79
39) Methylcyclohexane	9.451	83	166976	34.252	ug/l	95
73) Isopropylbenzene	12.574	105	353899	13.366	ug/l	99
78) n-propylbenzene	12.915	91	882124	30.242	ug/l	98
83) tert-Butylbenzene	13.321	119	61805	3.192	ug/l	81
85) sec-Butylbenzene	13.498	105	935912	37.079	ug/l	85
89) n-Butylbenzene	13.939	91	490143	32.519	ug/l	92

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN050622\
Data File : VN072365.D
Acq On : 06 May 2022 19:25
Operator : JC\MD
Sample : N2676-03ME
Misc : 7.59g/5mL/100uL/5.00mL/MSVOA_N/MEOH
ALS Vial : 20 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
GT-10-(10-12)ME

Quant Time: May 09 03:16:39 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N042622W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Apr 26 18:50:11 2022
Response via : Initial Calibration