Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN051823\
Data File : VN077730.D
Acq On : 18 May 2023 11:15
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: May 19 07:32:30 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.569	0.580	-1.9	82	0.00
3	P	Chloromethane	0.682	0.573	16.0	79	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.717	0.682	4.9#	79	0.01
5	T	Bromomethane	0.531	0.505	4.9	85	0.02
6	T	Chloroethane	0.517	0.463	10.4	78	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.000	1.036	-3.6	88	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.365	0.393	-7.7	93	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.553	0.588	-6.3	92	0.01
10	T	Methyl Iodide	0.660	0.789	-19.5	100	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.103	0.101	1.9	85	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.526	0.542	-3.0#	87	0.00
13	T	Acrolein	0.073	0.072	1.4	89	0.00
14	T	Allyl chloride	0.773	0.754	2.5	89	0.01
15	T	Acrylonitrile	0.276	0.270	2.2	85	0.00
16	T	Acetone	0.235	0.227	3.4	88	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.417	1.328	6.3	84	0.01
18	T	Methyl Acetate	0.987	0.953	3.4	84	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	1.904	2.055	-7.9	91	0.00
20	T	Methylene Chloride	0.705	0.665	5.7	92	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.591	0.607	-2.7	88	0.00
22	T	Diisopropyl ether	1.811	1.889	-4.3	90	0.00
23	T	Vinyl Acetate	1.122	1.147	-2.2	87	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.109	1.174	-5.9	90	0.00
25	T	2-Butanone	0.368	0.355	3.5	85	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	0.943	1.024	-8.6	87	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	0.708	0.742	-4.8	89	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.480	0.455	5.2	80	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.241	0.223	7.5	82	0.00
30	C	Chloroform	1.220	1.291	-5.8#	93	0.00
31	T	Cyclohexane	1.017	0.989	2.8	87	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	1.038	1.114	-7.3	89	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	0.748	0.726	2.9	82	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	84	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.326	0.334	-2.5	84	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.477	0.498	-4.4	86	0.00
37	T	Ethyl Acetate	0.425	0.386	9.2	80	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.482	0.530	-10.0	90	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.584	0.625	-7.0	88	0.00
40	TM	Benzene	1.407	1.485	-5.5	89	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.226	0.221	2.2	85	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.511	0.526	-2.9	89	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	0.694	0.690	0.6	85	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.356	0.395	-11.0	94	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.359	0.394	-9.7#	91	0.00
46	T	Dibromomethane	0.257	0.273	-6.2	92	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.492	0.555	-12.8	93	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.329	0.336	-2.1	86	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN051823\
Data File : VN077730.D
Acq On : 18 May 2023 11:15
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: May 19 07:32:30 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.006	0.006	0.0	86	0.00
50	S	Toluene-d8	1.255	1.268	-1.0	83	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	0.413	0.407	1.5	82	0.00
52	CM	Toluene	0.876	0.956	-9.1#	89	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.521	0.595	-14.2	92	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.574	0.638	-11.1	90	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.348	0.380	-9.2	93	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.526	0.565	-7.4	88	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	0.596	0.646	-8.4	90	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.259	0.257	0.8	83	0.00
59	T	2-Hexanone	0.305	0.288	5.6	79	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.359	0.411	-14.5	92	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.347	0.385	-11.0	90	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.443	0.442	0.2	83	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	84	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.350	0.417	-19.1	102	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.084	1.174	-8.3	92	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.375	0.436	-16.3	93	0.00
67	C	Ethyl Benzene	1.942	2.110	-8.7#	89	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.736	0.806	-9.5	90	0.00
69	T	o-Xylene	0.724	0.811	-12.0	91	0.00
70	T	Styrene	1.150	1.308	-13.7	92	0.00
71	P	Bromoform	0.250	0.295	-18.0	90	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	85	0.00
73	T	Isopropylbenzene	4.310	4.667	-8.3	90	0.00
74	T	N-amyl acetate	1.593	1.463	8.2	80	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.326	1.262	4.8	84	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.252	1.243	0.7	87	0.00
77	T	Bromobenzene	0.984	1.041	-5.8	93	0.00
78	T	n-propylbenzene	5.081	5.400	-6.3	90	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	3.032	3.222	-6.3	91	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	3.622	3.950	-9.1	93	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.392	0.404	-3.1	87	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.017	3.132	-3.8	91	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.162	3.421	-8.2	91	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	3.563	3.875	-8.8	92	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	4.494	4.903	-9.1	91	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.583	4.026	-12.4	92	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.819	1.911	-5.1	92	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.805	1.922	-6.5	93	0.00
89	T	n-Butylbenzene	3.296	3.547	-7.6	90	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.589	0.705	-19.7	95	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.699	1.922	-13.1	96	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.257	0.236	8.2	81	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.993	0.993	0.0	87	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.412	0.457	-10.9	92	0.00
95	T	Naphthalene	3.418	2.994	12.4	78	0.00

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN051823\
Data File : VN077730.D
Acq On : 18 May 2023 11:15
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: May 19 07:32:30 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.972	0.967	0.5	85	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6