Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN052323\
Data File : VN077844.D
Acq On : 24 May 2023 06:37
Operator : JC\MD
Sample : PB152982ZHE#06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB152982ZHE#06

Quant Time: May 24 08:19:12 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.230	168	389918	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	718521	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	658447	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	220852	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	260861	44.713	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 89.420%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	227150	48.480	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 96.960%			
50) Toluene-d8	10.576	98	910191	50.470	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 100.940%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	272126	42.724	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 85.440%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.453	43	26862	14.635	ug/l	92
20) Methylene Chloride	5.294	84	23774	3.124	ug/l #	86
37) Ethyl Acetate	7.571	43	62580	10.245	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.700	43	350379	35.118	ug/l #	79

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN052323\
Data File : VN077844.D
Acq On : 24 May 2023 06:37
Operator : JC\MD
Sample : PB152982ZHE#06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 45 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB152982ZHE#06

Quant Time: May 24 08:19:12 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration