Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN052623\
Data File : VN077944.D
Acq On : 27 May 2023 00:03
Operator : JC\MD
Sample : PB153052TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB153052TB

Quant Time: May 29 01:39:37 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	372419	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	694383	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	622034	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	193702	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	256659	46.059	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery =	92.120%		
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	219048	48.376	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery =	96.760%		
50) Toluene-d8	10.576	98	862445	49.485	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery =	98.960%		
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	284387	46.201	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery =	92.400%		
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.447	43	26258	14.978	ug/l	95
20) Methylene Chloride	5.289	84	42791	7.706	ug/l	92
37) Ethyl Acetate	7.577	43	54277	9.195	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.700	43	226812	23.523	ug/l #	83

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN052623\
Data File : VN077944.D
Acq On : 27 May 2023 00:03
Operator : JC\MD
Sample : PB153052TB
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB153052TB

Quant Time: May 29 01:39:37 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration