Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN060223\
Data File : VN078027.D
Acq On : 02 Jun 2023 13:21
Operator : JC\MD
Sample : PB153165ZHE#04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB153165ZHE#04

Quant Time: Jun 05 01:18:38 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	378789	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.112	114	726154	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.870	117	666834	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	209538	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	266370	46.998	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 94.000%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	229821	48.535	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 97.060%			
50) Toluene-d8	10.576	98	906182	49.719	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 99.440%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.859	95	269337	41.842	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 83.680%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.459	43	41769	23.425	ug/l #	88
20) Methylene Chloride	5.294	84	22831	3.065	ug/l #	78
37) Ethyl Acetate	7.571	43	73423	11.894	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.700	43	830890	82.404	ug/l #	64

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN060223\
Data File : VN078027.D
Acq On : 02 Jun 2023 13:21
Operator : JC\MD
Sample : PB153165ZHE#04
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
PB153165ZHE#04

Quant Time: Jun 05 01:18:38 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N051523W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue May 16 04:07:42 2023
Response via : Initial Calibration