Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN060819\
Data File : VN056112.D
Acq On : 7 Jun 2019 21:00
Operator : JC/SP
Sample : K3203-10DL 10X
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : DUP-0530-190604DL

Quant Time: Jun 08 06:51:42 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N060419W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jun 04 11:02:09 2019
Response via : Initial Calibration

Internal Standards	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
1) Pentafluorobenzene	7.66	168	339503	50.00	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	8.58	114	514703	50.00	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.41	117	485003	50.00	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.35	152	160068	50.00	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.03	65	180084	53.42	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 106.84%			
35) Dibromofluoromethane	7.59	113	156589	49.59	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 99.18%			
50) Toluene-d8	10.09	98	650368	53.52	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 107.04%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.40	95	207180	50.14	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000			Recovery = 100.28%			
Target Compounds						Qvalue
4) Vinyl Chloride	2.19	62	159484	43.202	ug/l	100
12) 1,1-Dichloroethene	3.73	96	4519	1.586	ug/l	97
27) cis-1,2-Dichloroethene	6.83	96	13159	3.666	ug/l	89
39) Methylcyclohexane	9.08	83	2019	0.366	ug/l	94
40) Benzene	8.04	78	10177	0.757	ug/l	99
44) Trichloroethene	8.83	130	4091	1.059	ug/l	97

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\DATA\VN060819\
Data File : VN056112.D
Acq On : 7 Jun 2019 21:00
Operator : JC/SP
Sample : K3203-10DL 10X
Misc : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : MSVOA_N
ClientSampleId : DUP-0530-190604DL

Quant Time: Jun 08 06:51:42 2019
Quant Method : Z:\VOASRV\HPCHEM1\MSVOA_N\METHODS\82N060419W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Tue Jun 04 11:02:09 2019
Response via : Initial Calibration