Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061022\
Data File : VN072757.D
Acq On : 10 Jun 2022 10:55
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jun 11 01:52:31 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 09 05:17:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	Pentafluorobenzene	1.000	1.000	0.0	95	0.00
2	T	Dichlorodifluoromethane	0.811	0.776	4.3	93	0.00
3	P	Chloromethane	0.966	0.829	14.2	89	0.00
4	C	Vinyl Chloride	0.888	0.834	6.1#	93	0.00
5	T	Bromomethane	0.436	0.436	0.0	94	0.00
6	T	Chloroethane	0.626	0.583	6.9	96	0.00
7	T	Trichlorofluoromethane	1.414	1.382	2.3	97	0.00
8	T	Diethyl Ether	0.575	0.554	3.7	95	0.00
9	T	1,1,2-Trichlorotrifluoroeth	0.774	0.758	2.1	98	0.00
10	T	Methyl Iodide	0.722	0.712	1.4	90	0.00
11	T	Tert butyl alcohol	0.320	0.252	21.3	76	0.00
12	CM	1,1-Dichloroethene	0.721	0.671	6.9#	92	0.00
13	T	Acrolein	0.132	0.121	8.3	89	0.00
14	T	Allyl chloride	1.666	1.542	7.4	91	0.00
15	T	Acrylonitrile	0.678	0.626	7.7	87	0.00
16	T	Acetone	0.643	0.593	7.8	90	0.00
17	T	Carbon Disulfide	1.822	1.456	20.1	84	0.00
18	T	Methyl Acetate	1.673	1.524	8.9	89	0.00
19	T	Methyl tert-butyl Ether	3.263	3.196	2.1	94	0.00
20	T	Methylene Chloride	1.015	0.873	14.0	89	0.00
21	T	trans-1,2-Dichloroethene	0.794	0.745	6.2	92	0.00
22	T	Diisopropyl ether	3.376	3.331	1.3	95	0.00
23	T	Vinyl Acetate	3.091	3.024	2.2	94	0.00
24	P	1,1-Dichloroethane	1.753	1.708	2.6	94	0.00
25	T	2-Butanone	1.034	0.920	11.0	87	0.00
26	T	2,2-Dichloropropane	1.585	1.575	0.6	101	0.00
27	T	cis-1,2-Dichloroethene	1.010	0.972	3.8	92	0.00
28	T	Bromochloromethane	0.828	0.832	-0.5	95	0.00
29	T	Tetrahydrofuran	0.639	0.583	8.8	88	0.00
30	C	Chloroform	1.827	1.795	1.8#	95	0.00
31	T	Cyclohexane	1.517	1.439	5.1	95	0.00
32	T	1,1,1-Trichloroethane	1.615	1.579	2.2	93	0.00
33	S	1,2-Dichloroethane-d4	1.342	1.319	1.7	97	0.00
34	I	1,4-Difluorobenzene	1.000	1.000	0.0	92	0.00
35	S	Dibromofluoromethane	0.495	0.503	-1.6	95	0.00
36	T	1,1-Dichloropropene	0.687	0.703	-2.3	95	0.00
37	T	Ethyl Acetate	1.067	1.068	-0.1	91	0.00
38	T	Carbon Tetrachloride	0.734	0.767	-4.5	96	0.00
39	T	Methylcyclohexane	0.797	0.832	-4.4	98	0.00
40	TM	Benzene	2.084	2.082	0.1	93	0.00
41	T	Methacrylonitrile	0.360	0.372	-3.3	96	0.00
42	TM	1,2-Dichloroethane	0.864	0.882	-2.1	94	0.00
43	T	Isopropyl Acetate	1.662	1.645	1.0	92	0.00
44	TM	Trichloroethene	0.485	0.496	-2.3	93	0.00
45	C	1,2-Dichloropropane	0.563	0.582	-3.4#	94	0.00
46	T	Dibromomethane	0.394	0.395	-0.3	93	0.00
47	T	Bromodichloromethane	0.809	0.845	-4.4	94	0.00
48	T	Methyl methacrylate	0.786	0.781	0.6	96	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061022\
Data File : VN072757.D
Acq On : 10 Jun 2022 10:55
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jun 11 01:52:31 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 09 05:17:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
49	T	1,4-Dioxane	0.014	0.013	7.1	79	0.00
50	S	Toluene-d8	1.974	2.040	-3.3	96	0.00
51	T	4-Methyl-2-Pentanone	1.082	1.088	-0.6	90	0.00
52	CM	Toluene	1.301	1.357	-4.3#	94	0.00
53	T	t-1,3-Dichloropropene	0.899	0.945	-5.1	93	0.00
54	T	cis-1,3-Dichloropropene	0.929	0.986	-6.1	97	0.00
55	T	1,1,2-Trichloroethane	0.561	0.562	-0.2	93	0.00
56	T	Ethyl methacrylate	0.993	1.026	-3.3	92	0.00
57	T	1,3-Dichloropropane	1.003	1.033	-3.0	94	0.00
58	T	2-Chloroethyl Vinyl ether	0.396	0.419	-5.8	91	0.00
59	T	2-Hexanone	0.796	0.815	-2.4	88	0.00
60	T	Dibromochloromethane	0.583	0.610	-4.6	92	0.00
61	T	1,2-Dibromoethane	0.575	0.590	-2.6	92	0.00
62	S	4-Bromofluorobenzene	0.677	0.738	-9.0	99	0.00
63	I	Chlorobenzene-d5	1.000	1.000	0.0	91	0.00
64	T	Tetrachloroethene	0.421	0.430	-2.1	99	0.00
65	PM	Chlorobenzene	1.332	1.386	-4.1	95	0.00
66	T	1,1,1,2-Tetrachloroethane	0.530	0.532	-0.4	91	0.00
67	C	Ethyl Benzene	2.505	2.659	-6.1#	96	0.00
68	T	m/p-Xylenes	0.890	0.962	-8.1	97	0.00
69	T	o-Xylene	0.895	0.969	-8.3	97	0.00
70	T	Styrene	1.407	1.559	-10.8	96	0.00
71	P	Bromoform	0.373	0.399	-7.0	91	0.00
72	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	94	0.00
73	T	Isopropylbenzene	5.363	5.292	1.3	97	0.00
74	T	N-amyl acetate	2.493	2.543	-2.0	92	0.00
75	P	1,1,2,2-Tetrachloroethane	1.862	1.726	7.3	89	0.00
76	T	1,2,3-Trichloropropane	1.613	1.432	11.2	86	0.00
77	T	Bromobenzene	1.057	1.042	1.4	96	0.00
78	T	n-propylbenzene	5.856	6.062	-3.5	97	0.00
79	T	2-Chlorotoluene	3.674	3.670	0.1	96	0.00
80	T	1,3,5-Trimethylbenzene	4.250	4.346	-2.3	98	0.00
81	T	trans-1,4-Dichloro-2-butene	0.617	0.598	3.1	91	0.00
82	T	4-Chlorotoluene	3.393	3.485	-2.7	98	0.00
83	T	tert-Butylbenzene	3.732	3.749	-0.5	97	0.00
84	T	1,2,4-Trimethylbenzene	4.066	4.188	-3.0	97	0.00
85	T	sec-Butylbenzene	5.036	5.296	-5.2	98	0.00
86	T	p-Isopropyltoluene	3.962	4.255	-7.4	99	0.00
87	T	1,3-Dichlorobenzene	1.796	1.845	-2.7	101	0.00
88	T	1,4-Dichlorobenzene	1.759	1.815	-3.2	99	0.00
89	T	n-Butylbenzene	3.338	3.671	-10.0	102	0.00
90	T	Hexachloroethane	0.857	0.855	0.2	91	0.00
91	T	1,2-Dichlorobenzene	1.760	1.795	-2.0	97	0.00
92	T	1,2-Dibromo-3-Chloropropane	0.450	0.395	12.2	87	0.00
93	T	1,2,4-Trichlorobenzene	0.847	0.883	-4.3	96	0.00
94	T	Hexachlorobutadiene	0.379	0.398	-5.0	98	0.00
95	T	Naphthalene	3.285	3.330	-1.4	90	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061022\
Data File : VN072757.D
Acq On : 10 Jun 2022 10:55
Operator : JC\MD
Sample : VSTDCCC050
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
LabSampleId :
VSTDCCC050

Quant Time: Jun 11 01:52:31 2022
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060822W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Thu Jun 09 05:17:31 2022
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
96 T	1,2,3-Trichlorobenzene	0.843	0.866	-2.7	93	0.00

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 6