Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061223\
Data File : VN078169.D
Acq On : 12 Jun 2023 16:18
Operator : JC\MD
Sample : 03117-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-2GA

Quant Time: Jun 13 01:34:26 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	485978	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	913126	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	848964	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	263241	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.588	65	345071	53.255	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 106.520%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	310107	53.711	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 107.420%			
50) Toluene-d8	10.576	98	1107496	49.758	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 99.520%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	350424	50.644	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 101.280%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.447	43	30291	16.241	ug/l #	84
20) Methylene Chloride	5.289	84	11611	1.884	ug/l #	89
37) Ethyl Acetate	7.571	43	69340	10.718	ug/l	95
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	427320	34.537	ug/l #	75

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061223\
Data File : VN078169.D
Acq On : 12 Jun 2023 16:18
Operator : JC\MD
Sample : 03117-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 14 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-2GA

Quant Time: Jun 13 01:34:26 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration