Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061223\
Data File : VN078172.D
Acq On : 12 Jun 2023 17:30
Operator : JC\MD
Sample : 03140-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-6-GA

Quant Time: Jun 13 01:35:40 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.236	168	481678	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	916101	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	851676	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	284222	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	346569	53.964	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 107.920%			
35) Dibromofluoromethane	8.177	113	305603	52.759	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 105.520%			
50) Toluene-d8	10.571	98	1114918	49.929	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 99.860%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	361014	52.005	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 104.000%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.442	43	35285	19.088	ug/l #	84
20) Methylene Chloride	5.295	84	11004	1.801	ug/l	93
37) Ethyl Acetate	7.571	43	67006	10.324	ug/l	96
43) Isopropyl Acetate	8.694	43	360495	29.042	ug/l #	78

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061223\
Data File : VN078172.D
Acq On : 12 Jun 2023 17:30
Operator : JC\MD
Sample : 03140-06
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-6-GA

Quant Time: Jun 13 01:35:40 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration