Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061423\
Data File : VN078207.D
Acq On : 14 Jun 2023 15:45
Operator : JC\MD
Sample : 03167-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jun 15 02:45:16 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-4-GA

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 06/15/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 06/15/2023

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	7.882	168	441006m	50.000	ug/l	-0.35
34) 1,4-Difluorobenzene	8.871	114	828998	50.000	ug/l	-0.24
63) Chlorobenzene-d5	11.817	117	764219m	50.000	ug/l	-0.05
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.782	152	245776	50.000	ug/l	-0.02
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.276	65	307597	52.313	ug/l	-0.31
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 104.620%			
35) Dibromofluoromethane	7.806	113	274034	52.280	ug/l	-0.37
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 104.560%			
50) Toluene-d8	10.459	98	997618	49.370	ug/l	-0.11
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 98.740%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.829	95	314942m	50.135	ug/l	-0.02
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 100.260%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	3.459	43	36402m	21.508	ug/l	
20) Methylene Chloride	4.306	84	19420m	3.472	ug/l	
37) Ethyl Acetate	7.088	43	54761m	9.323	ug/l	
43) Isopropyl Acetate	8.423	43	237404	21.135	ug/l #	84

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061423\
Data File : VN078207.D
Acq On : 14 Jun 2023 15:45
Operator : JC\MD
Sample : 03167-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Quant Time: Jun 15 02:45:16 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-4-GA

Manual Integrations APPROVED

Reviewed By :John Carlone 06/15/2023
Supervised By :Mahesh Dadoda 06/15/2023