Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061423\
Data File : VN078211.D
Acq On : 14 Jun 2023 17:21
Operator : JC\MD
Sample : 03167-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-4-GA

Quant Time: Jun 15 02:46:47 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) Pentafluorobenzene	8.235	168	444278	50.000	ug/l	0.00
34) 1,4-Difluorobenzene	9.106	114	834796	50.000	ug/l	0.00
63) Chlorobenzene-d5	11.871	117	777968	50.000	ug/l	0.00
72) 1,4-Dichlorobenzene-d4	13.800	152	250220	50.000	ug/l	0.00
System Monitoring Compounds						
33) 1,2-Dichloroethane-d4	8.583	65	313271	52.885	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 74 - 125		Recovery = 105.780%			
35) Dibromofluoromethane	8.171	113	278911	52.841	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 75 - 124		Recovery = 105.680%			
50) Toluene-d8	10.577	98	1004597	49.370	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 86 - 113		Recovery = 98.740%			
62) 4-Bromofluorobenzene	12.853	95	318592	50.364	ug/l	0.00
Spiked Amount 50.000	Range 83 - 123		Recovery = 100.720%			
Target Compounds						Qvalue
16) Acetone	4.453	43	37132	21.778	ug/l	91
20) Methylene Chloride	5.289	84	18029	3.200	ug/l #	92
37) Ethyl Acetate	7.577	43	56806	9.604	ug/l	97
43) Isopropyl Acetate	8.700	43	326898	28.900	ug/l #	76

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN061423\
Data File : VN078211.D
Acq On : 14 Jun 2023 17:21
Operator : JC\MD
Sample : 03167-03
Misc : 5.0mL/MSVOA_N/WATER
ALS Vial : 21 Sample Multiplier: 1

Instrument :
MSVOA_N
ClientSampleId :
TP-4-GA

Quant Time: Jun 15 02:46:47 2023
Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N060623W.M
Quant Title : SW846 8260
QLast Update : Wed Jun 07 05:05:00 2023
Response via : Initial Calibration